

BLANCONE®

CLICK⁺

Quick post hygiene teeth whitening EN

Sbiancamento dentale rapido post igiene IT

Schnelle Zahnaufhellung nach der Prophylaxesitzung DE

Blanchiment rapide des dents après l'hygiène FR

Blanqueamiento dental rápido post higiene ES

Branqueamento dentário rápido pós-higiene PT

Snel tanden bleken na de mondhygiëne NL

Hurtig tandblegning efter tandrens DA

Nopea hygieniatoimenpiteen jälkeinen hampaiden valkaisu FI

Rask tannbleking etter hygiene NO

Snabb tandblekning efter tandvårdsrutin SV

Szybkie wybielanie zębów po higienizacji PL

Rychlé bělení zubů po hygieně CZ

Rýchle bielenie zubov po dentálnej hygiene SK

Százjhigiénia utáni gyors fogfehérítés HU

Albirea rapidă a dinților după igienă RO

Быстрое отбеливание зубов после гигиенической чистки RU

Hızlı Hijyen Sonrası Diş Beyazlatma TR

التبييض السريع للأسنان بعد تنظيفها AR



www.blancone.eu/pro

IDS Spa

17100 Savona - Italy - Via San Cristoforo, 28/10

Tel. +39 019 862080 - www.ids dental.it

Rev.1 Gen, 2025



BlancOne® CLICK* is an advanced cosmetic tooth whitening gel featuring 17% carbamide peroxide and photo accelerators. It achieves rapid photochemical activation under suitable light exposure and is crafted solely for cosmetic enhancements. This innovative solution is designed for immediate application following dental hygiene, offering a noticeably brighter smile alongside clean and healthy teeth and gums.

BlancOne® CLICK* is efficient in 10 minutes without the need for gum protection and causes no sensitivity. CLICK+ offers users an easy, quick, and comfortable path to a brighter smile.

BlancOne® CLICK* blends the whitening capabilities of peroxides with a natural remineralization process through hydroxyapatite (HAP), effectively reducing sensitivity. The gel is prepared using a self-mixing tip that combines a whitening gel with an activator/remineralizing gel.

BlancOne® Whitening System

The BlancOne® ARCUS lamp and BlancOne photochemical whitening Gels (ULTRA, TOUCH, CLICK) are designed to work seamlessly together, playing a crucial role in ensuring user safety and the success of the whitening process. The ARCUS lamp is intended exclusively for BlancOne® photochemical whitening gels and is not to be used alone. Similarly, these gels are specifically formulated to be activated with the BlancOne® ARCUS lamp.

The BlancOne® photochemical gels (ULTRA, TOUCH, CLICK) require activation with the BlancOneARCUS lamp to maintain user safety and optimize results. The distinct features of the ARCUS lamp, such as its wavelength and intensity, are vital for effectively activating these gels. Users should be protected with BlancOne® CARE gear for the eyes, face, and lips.

Dental professionals must receive training and certification to ensure they understand and are committed to following safety protocols with the BlancOne® In-Office Whitening System. The authorized dealer is charged with providing or facilitating this training and certification, ensuring that all system operators meet local standards of expertise and compliance.

Should any significant adverse reactions occur with the BlancOne® Whitening System, these should be reported to the authorized dealer. The dealer is then responsible for documenting the incident comprehensively and reporting it to the appropriate national health authorities and IDS Spa. However, common effects like mild and temporary sensitivity or gum irritation do not require reporting.

USAGE GUIDELINES

A) Recipient Preparation

1. Before initiating the whitening session, conduct a thorough examination to assess the health of oral tissues and address any dental issues or decay.
2. Allow any damaged or recovering oral tissues time to heal before the whitening process.
3. Clearly explain the procedure to the individual receiving the service and secure their informed consent beforehand.
4. Refrain from using polishing pastes after the dental hygiene session.
5. Equip the individual with a BlancOne® cheek retractor with a tongue depressor, facial protection, and protective goggles. A gingival barrier is not necessary unless there is gum irritation.
6. Use a shade guide to record the initial color of the teeth in the individual's record or digitally with the BlancOne® PRO app. Also, take a photo before starting, under neutral lighting, for comparison.

B) Gel Preparation and Storage

1. Remove the cap from the syringe by twisting it counterclockwise.
2. Attach a new automix tip, securing it in place with a clockwise turn.
3. After use, reattach the cap to the syringe for storage.

C) Teeth Whitening Process

1. Gently press the syringe's piston to distribute the whitening gel across the teeth intended for the procedure, aiming for uniform coverage approximately 1-2mm thick.
2. Use the ARCUS activating light to activate the whitening gel.
3. Use a cylindrical cotton roll to remove any excess gel, and clear away any remaining gel with suction – do not rinse.

Note: The activated gel will thicken. If the suction tool becomes clogged, ensure it is rinsed well with plenty of water.

Photo Activation of the Gel - Whitening Protocol for Vital Teeth

Position the head of the BlancOne® ARCUS lamp so it's perpendicular to the teeth, keeping it 5-10 centimeters (2-4 inches) away from the mouth to promote adequate airflow. Recommended Light Intensity and Activation Times:

- **Fast:** High Intensity for 10 minutes for a rapid activation.
- **Standard:** High Intensity for 12 minutes for efficient gel activation.
- **Extended:** High Intensity for 15 minutes, ideal for those without sensitivity, to enhance gel activation.
- **Sensitive:** Low Intensity for 12 minutes, suitable for individuals with sensitive teeth or sensitivity issues.

D) Finishing the Process

1. Remove any gingival barrier and rinse the tooth surfaces using the air/water syringe, clearing away any leftover gel.
2. Use the shade guide to evaluate the final shade of white achieved and take a photo afterward in neutral lighting for comparison.
3. Please remove the cheek retractor and ask the individual to rinse their mouth thoroughly.
4. Present the whitening results to the individual with a mirror and the photos taken.
5. Offer guidance on post-session care and recommend any necessary follow-up steps.

Warnings

- The mixed gel contains peroxides (5.95% H₂O₂).
- To be only sold to dental practitioners.
- For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use.
- Not advised for pregnant individuals.
- Consult a healthcare provider if breastfeeding and considering oral care procedures.
- Not to be used on a person under 18 years of age.
- Ensure that the user does not have allergies to peroxides or any ingredients in the product before use.
- Exercise caution for individuals with light sensitivity.
- A dental professional must evaluate oral health, including teeth and gums, before beginning the whitening process. It is not recommended for those with gum disease.
- Protective gloves and eyewear should be worn during application.
- Avoid swallowing the gel and contact with soft oral tissues.
- Swallowing small amounts is not considered harmful, but rinse with water or seek medical advice if it occurs.
- Avoid contact with eyes. Rinse immediately if product comes into contact with them.
- If the gel contacts skin or mucous membranes, rinse well with water and apply vitamin E or hyaluronic acid gel if irritation develops.
- Store out of reach of children.
- Temporary mild sensitivity or irritation of the gums may occur for some users. Cease use and consult a dental professional if discomfort continues.
- Whitening procedures do not change the color of porcelain crowns or dental restorations.
- Avoid tobacco, tea, coffee, or red wine for at least 3 hours after the session.
- Sensitivity to hot, cold, or acidic foods and drinks may increase after the whitening session.

BlancOne® CLICK® è un gel cosmetico avanzato per lo sbiancamento dei denti con perossido di carbamide al 17% e fotocatalizzatori. Raggiunge una rapida attivazione fotocinetica con un'adeguata esposizione alla luce ed è stato creato esclusivamente al fine di un miglioramento cosmetico. Questa soluzione innovativa è progettata per l'applicazione immediata dopo l'igiene dentale, donando un sorriso visivamente più luminoso insieme a denti e gengive puliti e sani.

BlancOne® CLICK® è efficace in 10 minuti senza bisogno di protezione gengivale e non causa sensibilità. CLICK® offre agli utilizzatori un percorso facile, rapido e confortevole verso un sorriso più luminoso. BlancOne® CLICK® combina le capacità sbiancanti dei perossidi con un processo di remineralizzazione naturale grazie all'idrossiapatite (HAP), riducendo efficacemente la sensibilità. Il gel viene preparato con una punta automiscelante che mescola un gel sbiancante con un gel attivatore/remineralizzante.

Sistema sbiancante BlancOne®

La lampada BlancOne® ARCUS e i gel sbiancanti fotocinetici BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) sono stati progettati per lavorare insieme senza interruzioni, svolgendo un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza dell'utilizzatore e il successo della procedura di sbiancamento. La lampada ARCUS è destinata esclusivamente ai gel sbiancanti fotocinetici BlancOne® e non deve essere utilizzata da sola. Allo stesso modo, questi gel sono specificamente formulati per essere attivati con la lampada BlancOne® ARCUS. I gel fotocinetici BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) richiedono l'attivazione con la lampada BlancOne® ARCUS per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e ottimizzare i risultati. Le caratteristiche specifiche della lampada ARCUS, come la sua lunghezza d'onda e intensità, sono fondamentali per attivare efficacemente questi gel. Gli utilizzatori devono essere protetti con i dispositivi BlancOne® CARE per gli occhi, il viso e le labbra.

I professionisti del settore dentale devono ricevere una specifica formazione e certificazione per garantire che comprendano e si impegnino a seguire i protocolli di sicurezza con il sistema sbiancante in studio BlancOne®. Il rivenditore autorizzato ha il compito di fornire o facilitare questa formazione e certificazione, assicurando che tutti gli operatori del sistema soddisfino gli standard locali di competenza e conformità.

Nel caso dovessero verificarsi reazioni avverse significative al sistema sbiancante BlancOne®, queste devono essere segnalate al rivenditore autorizzato. Il rivenditore è quindi responsabile della documentazione completa dell'incidente e della segnalazione alle autorità sanitarie nazionali competenti e a IDS Spa. Tuttavia, effetti comuni come una lieve e temporanea sensibilità o irritazione gengivale non richiedono la segnalazione.

LINEE GUIDA PER L'USO

A) Preparazione del ricevitore del trattamento

1. Prima di iniziare la seduta di sbiancamento, condurre un esame approfondito per valutare lo

stato di salute dei tessuti orali e trattare eventuali problemi dentali o carie.

2. Lasciare ai tessuti orali danneggiati o in via di guarigione il tempo di guarire prima della procedura di sbiancamento.
3. Spiegare chiaramente la procedura alla persona che riceve il servizio e ottenere prima il consenso informato.
4. Evitare l'utilizzo di paste lucidanti dopo la seduta di igiene dentale.
5. Dotare il paziente di un divaricatore gengivale BlancOne® con ferma-lingua, una protezione per il viso e occhiali protettivi. Una barriera gengivale non è necessaria a meno che non ci sia un'irritazione gengivale.
6. Utilizzare una guida cromatica per registrare la tonalità iniziale dei denti nella cartella del paziente o in formato digitale con l'applicazione BlancOne® PRO. Inoltre, prima di iniziare, scattare una foto con un'illuminazione neutra per un confronto.

B) Preparazione e conservazione del gel

1. Rimuovere il cappuccio dalla siringa ruotandolo in senso antiorario.
2. Collegare una nuova punta automiscelante fissandola con una rotazione in senso orario.
3. Dopo l'uso, riattaccare il cappuccio alla siringa per conservare il gel.

C) Processo di sbiancamento dentale

1. Premere delicatamente lo stantuffo della siringa per distribuire il gel sbiancante sui denti sui quali si vuole effettuare il trattamento, mirando a una copertura uniforme di circa 1-2mm di spessore.
2. Utilizzare la luce di attivazione ARCUS per attivare il gel sbiancante.
3. Utilizzare un tampone di cotone cilindrico per rimuovere il gel in eccesso e rimuovere eventuali residui di gel con l'aspirazione, senza risciacquare.

Nota: il gel attivato si addensa. Se lo strumento di aspirazione si intasa, risciacquare bene con abbondante acqua.

Fotoattivazione del gel - Protocollo di sbiancamento per i denti vitali

Posizionare la testa della lampada BlancOne® ARCUS in modo che sia perpendicolare ai denti, tenendola a 5-10 centimetri (2-4 pollici) di distanza dalla bocca per favorire un adeguato flusso d'aria. Intensità luminosa e tempi di attivazione consigliati:

- **Veloce:** Alta intensità per 10 minuti per un'attivazione rapida.
- **Standard:** intensità alta per 12 minuti per un'attivazione efficace del gel.
- **Estesa:** intensità alta per 15 minuti, ideale per coloro che non soffrono di sensibilità, per migliorare l'attivazione del gel.
- **Sensibile:** intensità bassa per 12 minuti, adatta a chi ha denti sensibili o problemi di sensibilità.

D) Conclusione del processo

1. Rimuovere eventuali barriere gengivali e sciac-

quare le superfici dentali usando la siringa ad aria/acqua, eliminando potenziali residui di gel.

2. Utilizzare la guida cromatica per valutare la tonalità finale di bianco ottenuta e successivamente scattare una foto con illuminazione neutra per il confronto.
3. Rimuovere il divaricatore gengivale e chiedere al paziente di risciacquare accuratamente la bocca.
4. Mostrare allo stesso i risultati dello sbiancamento con uno specchio e le foto scattate.
5. Offrire assistenza sulla cura post-seduta e raccomandare eventuali misure di follow-up necessarie.

Avvertenze

- Il gel miscelato contiene perossidi (5,95% H₂O₂).
- Da vendere solo ai dentisti.
- Per ogni ciclo di utilizzo, il primo utilizzo deve essere effettuato solo da dentisti o sotto la loro diretta supervisione se è garantito un livello di sicurezza equivalente. In seguito deve essere fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo.
- Sconsigliato alle persone in gravidanza.
- Consultare un medico in caso di allattamento e se si stanno considerando procedure di igiene orale.
- Da non utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni.
- Prima dell'uso, assicurarsi che l'utilizzatore non presenti allergie ai perossidi o ad altri ingredienti del prodotto.
- Prestare attenzione ai soggetti con sensibilità alla luce.
- Prima di iniziare la procedura di sbiancamento, un dentista deve valutare lo stato di salute orale, compresi denti e gengive. È sconsigliato a chi soffre di disturbi gengivali.
- È necessario indossare guanti e occhiali protettivi durante l'applicazione.
- Evitare di ingerire il gel e di entrare in contatto con i tessuti orali molli.
- Ingerire piccole quantità di prodotto non è considerato dannoso, ma in caso di ingestione sciacquare con acqua o consultare un medico.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente.
- Se il gel entra in contatto con la pelle o le mucose, sciacquare bene con acqua e applicare vitamina E o gel all'acido ialuronico in caso di irritazione.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- In alcuni utilizzatori può verificarsi una lieve e temporanea sensibilità o irritazione delle gengive. Se il disagio persiste, interrompere l'uso e consultare un dentista.
- Le procedure di sbiancamento non modificano il colore delle corone di porcellana o dei restauri dentali.
- Evitare il consumo di tabacco, tè, caffè o vino rosso per almeno 3 ore dopo la seduta.
- La sensibilità ai cibi e bevande caldi, freddi o acidi può aumentare in seguito alla seduta di sbiancamento.

BlancOne® CLICK® ist ein modernes kosmetisches Zahnaufhellungsmittel mit Carbamidperoxid und Photo Boostern (Beschleunigern). Es führt unter entsprechender Lichteinwirkung zu einer schnellen photochemischen Aktivierung und wurde ausschließlich zur kosmetischen Verbesserung entwickelt. Diese innovative Lösung wurde für eine sofortige Anwendung im Anschluss an die Prophylaxesitzung entwickelt und sorgt für ein spürbar helleres Lächeln sowie saubere und gesunde Zähne und Zahnfleisch.

BlancOne® CLICK® ist in 10 Minuten wirksam, ohne dass ein Zahnfleischschutz erforderlich ist, und verursacht keine Empfindlichkeitsphänomene. CLICK® bietet den Nutzern einen einfachen, schnellen und komfortablen Weg zu einem strahlenderen Lächeln.

BlancOne® CLICK® verbindet die aufhellenden Eigenschaften von Peroxiden mit einem natürlichen Remineralisierungsprozess durch Hydroxylapatit (HAP) und reduziert Empfindlichkeitsphänomene. Das Gel wird mit einer Spitze zum Selbstmischen zubereitet, die ein Aufhellungsgel mit einem Aktivator/Remineralisierungsgel kombiniert.

Das BlancOne® Aufhellungssystem

Die Lampe BlancOne® ARCUS und die photochemisch wirkenden BlancOne-Bleichgele (ULTRA, TOUCH, CLICK) sind so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten und eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit des Nutzers und des Erfolgs des Bleichvorgangs spielen. Die ARCUS-Lampe ist ausschließlich für die photochemisch wirkenden Bleichgele von BlancOne bestimmt und darf nicht allein verwendet werden. Außerdem wurden diese Gele speziell für die Aktivierung mit der BlancOne ARCUS-Lampe eingestellt.

Die photochemisch wirkenden Gele von BlancOne (ULTRA, TOUCH, CLICK) müssen mit der BlancOne® ARCUS-Lampe aktiviert werden, damit die Sicherheit der Nutzer gewährleistet ist und bestmögliche Ergebnisse erzielt werden. Die besonderen Eigenschaften der ARCUS-Lampe, wie ihre Wellenlänge und Intensität, sind für die wirksame Aktivierung dieser Gele unerlässlich. Die Nutzer sollten mit der BlancOne® CARE Ausrüstung für Augen, Gesicht und Lippen geschützt werden.

Das zahnmedizinische Fachpersonal benötigt eine entsprechende Fachschulung und Zertifizierung, um sicherzustellen, dass es die Sicherheitsprotokolle für das BlancOne Aufhellungssystem für die Praxis verstanden hat und auch befolgt. Der autorisierte Händler hat die Aufgabe, diese Schulungen und Zertifizierungen durchzuführen oder zu ermöglichen, damit sichergestellt ist, dass alle Systemanwender die lokalen Standards in puncto Fachwissen und Einhaltung erfüllen.

Sollten bedeutende unerwünschte Reaktionen mit dem BlancOne® Aufhellungssystem auftreten, müssen diese dem autorisierten Händler gemeldet werden. Der Händler ist dann dafür verantwortlich, den Vorfall umfassend zu dokumentieren und ihn den zuständigen nationalen Gesundheitsbehörden und der IDS Spa zu melden. Übliche Nebenwirkungen wie leichte und vorübergehende Empfindlichkeitsphänomene oder Zahnfleischreizungen müssen jedoch nicht gemeldet werden.

LEITFADEN FÜR DIE VERWENDUNG

A) Vorbereitung des Patienten

1. Vor der Aufhellungsbehandlung eine gründliche Untersuchung durchführen, um die Gesundheit des Mundgewebes zu beurteilen und eventuelle Zahnprobleme oder Karies zu beseitigen.
2. Geschädigtem oder sich erholendem Mundgewebe vor dem Aufhellungsprozess genügend Zeit zum Heilen lassen.
3. Dem Patienten, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt, das Verfahren genau erläutern und vorher dessen informierte Einwilligung einholen.
4. Nach der Prophylaxesitzung auf Polierpaste verzichten.
5. Den Patienten mit einem BlancOne® Wangenretractor mit Zungenspatel, einem Gesichtsschutz und einer Schutzbrille ausstatten. Ein Zahnfleischschutz ist nicht erforderlich, es sei denn, es liegt eine Zahnfleischreizung vor.
6. Eine Farbskala verwenden, um die anfängliche Farbe der Zähne in der Akte des Patienten oder digital mit der App BlancOne® PRO festzuhalten. Außerdem vor Beginn der Behandlung ein Foto bei neutraler Beleuchtung machen, um einen Vergleich zu ermöglichen.

B) Vorbereitung und Aufbewahrung des Gels

1. Die Kappe von der Spritze entfernen, diese hierzu gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Eine neue Autmix-Spitze aufstecken, mit einer Drehung im Uhrzeigersinn sichern.
3. Nach dem Gebrauch die Kappe zur Aufbewahrung wieder an der Spritze anbringen.

C) Zahnaufhellungsverfahren

1. Vorsichtig den Kolben der Spritze herunterdrücken, um das Bleichgel auf den aufzuhellenden Zähnen zu verteilen, diese mit einer etwa 1-2 mm dicken Schicht bedecken.
2. Zur Aktivierung des Bleichgels das Licht der ARCUS-Lampe verwenden.
3. Mit einer Watterolle überschüssiges Gel entfernen und saugen Sie das restliche Gel ab – nicht ausspülen.

Anmerkung: Das aktivierte Gel wird eindicken. Sollte das Absauggerät verstopfen, dieses mit reichlich Wasser spülen.

Photoaktivierung des Gels - Aufhellungsprotokoll für vitale Zähne

Den Kopf der BlancOne® ARCUS-Lampe so positionieren, dass er senkrecht zu den Zähnen steht. Dabei einen Abstand von 5-10 Zentimetern zum Mund einhalten, damit die Luft gut zirkulieren kann. Empfohlene Lichtintensität und Aktivierungszeiten:

- **Schnell:** Hohe Intensität für 10 Minuten für eine schnelle Aktivierung.
- **Standard:** Hohe Intensität für eine Dauer von 12 Minuten und eine wirksame Aktivierung des Gels.
- **Erweitert:** Hohe Intensität für eine Dauer von 15 Minuten und eine noch bessere Aktivierung des Gels, ideal für Patienten, die nicht unter Empfindlichkeitsphänomenen leiden.
- **Sensitive:** Geringe Intensität für eine Dauer von 12 Minuten, bei Personen mit empfindlichen Zähnen oder Empfindlichkeitsproblemen.

D) Abschluss des Verfahrens

1. Eventuell verwendeten Zahnfleischschutz entfernen und die Zahnoberflächen mit der Luft-/Wasserspritze abspülen, um alle Gelreste zu beseitigen.
2. Die Farbskala verwenden, um den endgültigen Weißton zu beurteilen, und anschließend zum Vergleich ein Foto bei neutralem Licht machen.
3. Den Wangenretractor abnehmen und den Patienten bitten, den Mund gründlich auszuspülen.
4. Dem Patienten das Ergebnis der Zahnaufhellung mit einem Spiegel und den gemachten Fotos zeigen.
5. Tipps zur anschließenden Pflege geben und alle notwendigen Folgeschritte empfehlen.

Warnhinweise

- Das vermischte Gel enthält Peroxide (5.95% H₂O₂).
- Abgabe nur an Zahnärzte..
- Bei jedem Anwendungszyklus darf die erste Anwendung nur von Zahnärzten oder unter ihrer direkten Aufsicht durchgeführt werden, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Anschließend wird es dem Verbraucher zur Verfügung gestellt, um den Anwendungszyklus abzuschließen.
- Nicht für schwangere Personen geeignet.
- Sich an medizinisches Fachpersonal wenden, wenn Sie stillen und Mundpflegemaßnahmen in Betracht ziehen.
- Nicht für die Anwendung bei Personen unter 18 Jahren geeignet.
- Sich vor der Anwendung vergewissern, dass der Patient nicht gegen Peroxide oder andere Produktbestandteile allergisch ist.
- Bei Personen mit Lichtempfindlichkeit ist Vorsicht geboten.
- Bevor mit dem Aufhellungsverfahren begonnen wird, muss erst ein Zahnarzt beurteilen, ob Mund, Zähne und Zahnfleisch auch gesund sind. Das Zahnfleisch empfiehlt sich nicht bei Personen mit Zahnfleisch-erkrankungen.
- Während der Anwendung sollten Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille getragen werden.
- Ein Verschlucken des Gels und den Kontakt mit weichem Mundgewebe vermeiden.
- Das Verschlucken kleiner Mengen wird nicht als schädlich angesehen, aber mit Wasser nachspülen oder ärztlichen Rat einholen, wenn es dazu kommt.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit dem Produkt sofort ausspülen.
- Wenn das Gel mit der Haut oder den Schleimhäuten in Berührung kommt, gut mit Wasser abspülen und Vitamin E oder Hyaluronsäure-Gel auftragen, falls eine Reizung auftritt.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei einigen Nutzern können vorübergehende leichte Empfindlichkeitsphänomene oder eine Reizung des Zahnfleischs auftreten. Die Anwendung einstellen und einen Zahnarzt konsultieren, wenn die Beschwerden anhalten.
- Aufhellungsverfahren verändern nicht die Farbe von Porzellankronen oder Zahnersatz.
- Nach der Behandlung mindestens 3 Stunden lang auf Tabak, Tee, Kaffee oder Rotwein verzichten.
- Die Empfindlichkeit gegenüber heißen, kalten oder säurehaltigen Speisen und Getränken kann nach der Aufhellungsbehandlung zunehmen.

BlancOne® CLICK® est un gel cosmétique avancé de blanchiment des dents contenant 17 % de peroxyde de carbamide et des photo-accélerateurs. Conçu uniquement pour les traitements d'amélioration esthétique, il est en mesure de produire une activation photochimique rapide sous une exposition appropriée à la lumière. Cette solution innovante, conçue pour une application immédiate après l'hygiène dentaire, permet d'obtenir un sourire nettement plus éclatant ainsi que des dents et des gencives propres et saines.

BlancOne® CLICK® est efficace en 10 minutes sans qu'il soit nécessaire de protéger la gencive et ne provoque aucune sensibilité. CLICK® offre aux utilisateurs un traitement facile, rapide et confortable pour un sourire plus éclatant.

BlancOne® CLICK® associe les capacités de blanchiment des peroxydes à un processus naturel de reminéralisation par l'hydroxyapatite (HAP), réduisant ainsi efficacement la sensibilité. Le gel est préparé à l'aide d'un embout auto-mélangeur qui combine un gel blanchissant avec un gel activateur/reminéralisant.

Système de blanchiment BlancOne®

La lampe BlancOne® ARCUS et les gels photochimiques de blanchiment BlancOne (ULTRA, TOUCH, CLICK), conçus pour fonctionner ensemble harmonieusement, jouent un rôle crucial dans la sécurité de l'utilisateur et le succès du processus de blanchiment. La lampe ARCUS est destinée exclusivement aux gels photochimiques de blanchiment BlancOne® et ne doit pas être utilisée seule. De la même manière, ces gels ont été spécifiquement formulés pour être activés avec la lampe BlancOne® ARCUS.

Les gels photochimiques BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) doivent être activés avec la lampe BlancOne® ARCUS pour garantir la sécurité de l'utilisateur et optimiser les résultats. Les caractéristiques distinctes de la lampe ARCUS, telles que sa longueur d'onde et son intensité, sont essentielles pour activer efficacement ces gels. Les utilisateurs doivent être protégés par l'équipement de protection BlancOne® CARE pour les yeux, le visage et les lèvres.

Les professionnels de la santé dentaire doivent recevoir une formation et une certification confirmant qu'ils comprennent et s'engagent à respecter les protocoles de sécurité avec le système de blanchiment BlancOne® en cabinet. Le revendeur agréé est chargé de fournir ou de faciliter cette formation et cette certification, en veillant à ce que tous les opérateurs du système répondent aux normes locales en matière d'expertise et de conformité.

Tout effet indésirable importants lié à l'utilisation du système de blanchiment BlancOne® doit être signalé au revendeur agréé. Ce dernier est alors chargé de documenter l'incident de manière exhaustive et de le signaler aux autorités sanitaires nationales compétentes et à l'IDS Spa. Il ne faut pas signaler par contre les effets cosmiques tels qu'une sensibilité légère et temporaire ou une irritation des gencives.

CONSIGNES D'UTILISATION

A) Préparation du patient

1. Avant d'entamer la séance de blanchiment, procéder à un examen approfondi afin d'évaluer la santé des tissus buccaux et de résoudre tout problème dentaire ou de carie.
2. Laisser aux tissus buccaux endommagés ou en voie de guérison le temps de cicatriser avant le processus de blanchiment.
3. Expliquer clairement la procédure au bénéficiaire du service et obtenir préalablement son consentement éclairé.
4. S'abstenir d'utiliser des pâtes à polir après la séance d'hygiène dentaire.
5. Appliquer dans la bouche du patient l'écarteur de joues BlancOne® avec abaisse-langue et l'équiper d'une protection faciale et de lunettes de protection. Il n'est pas nécessaire de prévoir une barrière gingivale, sauf en cas d'irritation des gencives.
6. Utiliser un nuancier pour enregistrer la couleur initiale des dents dans le dossier du patient ou numériquement via l'appli BlancOne® PRO. Prendre également une photo avant de commencer, sous un éclairage neutre, à des fins de comparaison.

B) Préparation et conservation du gel

1. Retirer le capuchon de la seringue en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Fixer un nouvel embout autotournant en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Après utilisation, remettre le capuchon sur la seringue pour conserver le gel.

C) Processus de blanchiment des dents

1. Appuyer doucement sur le piston de la seringue pour répartir le gel blanchissant sur les dents concernées par la procédure, en les couvrant uniformément d'une épaisseur de 1 à 2 mm environ.
2. Utiliser la lampe ARCUS pour activer le gel blanchissant.
3. Éliminer tout excès de gel avec un rouleau de coton dentaire et éliminez tout résidu de gel par aspiration – ne rincez pas.

Remarques: le gel activé s'épaissit. Si l'outil d'aspiration se bouche, le rincer abondamment à l'eau.

Photoactivation du gel - Protocole de blanchiment des dents vivantes

Positionner la tête de la lampe BlancOne® ARCUS de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire aux dents, en la maintenant à une distance de 5 à 10 centimètres de la bouche afin de favoriser une circulation d'air adéquate. Intensité lumineuse et temps d'activation recommandés :

- **Rapide** : Haute intensité pendant 10 minutes pour une activation rapide.
- **Standard** : Haute intensité pendant 12 minutes pour une activation efficace du gel.
- **Étendu** - Intensité élevée pendant 15 minutes, idéale pour les personnes non sensibles, afin d'améliorer l'activation du gel.
- **Sensible** - Faible intensité pendant 12 minutes, indiquée pour les personnes ayant des dents sensibles ou des problèmes de sensibilité.

D) Fin du processus

1. Retirer toute barrière gingivale et rincer les surfaces dentaires à l'aide de la seringue air/eau, en éliminant tout résidu de gel.
2. À l'aide du nuancier, évaluer le ton final de blanc obtenu et prendre ensuite une photo sous un éclairage neutre pour comparer.
3. Retirer l'écarteur de joues et demander au patient de se rincer soigneusement la bouche.
4. Lui présenter, à l'aide d'un miroir, les résultats du blanchiment en lui montrant également les photos.
5. Donner des conseils sur les soins à la maison après la séance et recommander toute mesure de suivi nécessaire.

Avertissements

- Le gel mixte contient des peroxydes (5,95 % H₂O₂).
- A vendre uniquement aux praticiens dentaires.
- Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation ne doit être effectuée que par des praticiens dentaires ou sous leur supervision directe si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Elle doit ensuite être fournie au consommateur pour compléter le cycle d'utilisation.
- Déconseillé aux femmes enceintes.
- Consulter un professionnel de la santé en cas d'allaitement et de soins bucco-dentaires.
- Ne pas utiliser sur une personne de moins de 18 ans.
- Avant d'utiliser le produit, s'assurer que le patient n'est allergique à aucun de ses ingrédients ni aux peroxydes.
- Faire preuve de prudence en cas de personnes sensibles à la lumière.
- Un professionnel du dentaire doit évaluer la santé bucco-dentaire, y compris les dents et les gencives, avant toute procédure de blanchiment. Le blanchiment est déconseillé aux personnes souffrant de maladies gingivales.
- Porter des gants et des lunettes de protection pendant l'application.
- Éviter d'avaler le gel et tout contact avec les tissus mous de la bouche.
- L'ingestion de petites quantités n'est pas considérée comme dangereuse, mais rincez à l'eau ou consultez un médecin si cela se produit.
- Éviter le contact avec les yeux. Rincer immédiatement si le produit entre en contact avec les yeux.
- Si le gel entre en contact avec la peau ou les muqueuses, rincer abondamment à l'eau et appliquer de la vitamine E ou du gel d'acide hyaluronique en cas d'irritation.
- Conserving hors de portée des enfants.
- Une légère sensibilité temporaire ou une irritation des gencives peut survenir chez certains utilisateurs. Cesser le traitement et consulter un professionnel du dentaire si la gêne persiste.
- Les procédures de blanchiment ne modifient pas la couleur des couronnes en porcelaine ou des restaurations dentaires.
- Éviter le tabac, le thé, le café ou le vin rouge pendant au moins 3 heures après la séance.
- La sensibilité aux aliments et boissons chauds, froids ou acides peut augmenter après la séance de blanchiment.

BlancOne® CLICK® es un gel blanqueador dental cosmético avanzado con un 17 % de peróxido de carbamida y fotocatalizadores. Logra una rápida activación fotoquímica con una exposición luminosa adecuada y se elabora únicamente con fines de mejora cosmética. Esta solución innovadora está diseñada para aplicarse inmediatamente después de una higiene dental. Consigue una sonrisa notablemente más brillante con unas encías y dientes sanos y limpios.

BlancOne® CLICK® actúa en 10 minutos sin necesidad de proteger las encías y no provoca sensibilidad. CLICK+ ofrece una vía fácil, rápida y cómoda hacia una sonrisa brillante.

BlancOne® CLICK® mezcla la potencia blanqueadora de los peróxidos con un proceso de remineralización natural mediante hidroxiapatita (HAP), que reduce eficazmente la sensibilidad. El gel se prepara con una punta de automatiza que combina un gel blanqueador con un gel activador/remineralizante.

Sistema de blanqueamiento BlancOne®

La lámpara BlancOne® ARCUS y los geles de blanqueamiento fotoquímico BlancOne (ULTRA, TOUCH, CLICK) están concebidos para actuar de forma conjunta a la perfección, desempeñando un papel crucial a la hora de garantizar la seguridad del usuario y el éxito del proceso de blanqueamiento. La lámpara ARCUS está diseñada para utilizarse exclusivamente con los geles de blanqueamiento fotoquímico BlancOne® y no debe utilizarse sola. Del mismo modo, estos geles están formulados específicamente para activarse con la lámpara BlancOne ARCUS.

Los geles fotoquímicos (ULTRA, TOUCH, CLICK) deben activarse con la lámpara BlancOne® ARCUS para mantener la seguridad del usuario y optimizar los resultados. Las características distintivas de la lámpara ARCUS, como su longitud de onda e intensidad, son fundamentales para activar eficazmente estos geles. Los usuarios debe usar protecciones BlancOne® CARE para los ojos, la cara y los labios.

Los odontólogos deben realizar una formación y obtener una certificación que demuestre su comprensión y compromiso con los protocolos de seguridad del sistema de blanqueamiento BlancOne en su clínica. El distribuidor autorizado es responsable de proporcionar o facilitar dicha formación y certificación, así como de garantizar que todos los operadores del sistema cumplan las directrices locales de experiencia y conformidad.

Si se produjeran reacciones adversas importantes con el sistema de blanqueamiento BlancOne®, debe informarse al respecto al distribuidor autorizado. El distribuidor es responsable de elaborar un informe exhaustivo sobre el incidente y comunicarlo a las autoridades sanitarias nacionales correspondientes y a IDS Spa. No obstante, los efectos comunes como sensibilidad temporal o irritación gingival no requieren la elaboración de informes.

DIRECTRICES DE USO

A) Preparación del paciente

1. Antes de comenzar una sesión de blanqueamiento, realice un examen a fondo para evaluar la salud de los tejidos bucales y abordar los posibles problemas dentales o las caries.
2. Antes de comenzar el proceso de blanqueamiento, es necesario dejar pasar tiempo para que sanen los tejidos bucales dañados o en recuperación.
3. Explique bien el procedimiento a la persona que se somete a él y asegúrese de contar con su consentimiento informado de antemano.
4. Evite el uso de pastas de pulido después de la sesión de higiene dental.
5. Coloque al paciente el retractor labial BlancOne® con depresor lingual, protección facial y gafas protectoras. No es necesario usar una barrera gingival a no ser que las encías estén irritadas.
6. Utilice una guía de tonos para registrar el color inicial del diente en la ficha del paciente o digitalmente con la aplicación BlancOne® PRO. Además, haga una foto antes de empezar, con luz neutra, para comparar.

B) Preparación y almacenamiento del gel

1. Retire el capuchón de la jeringa girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Coloque una nueva punta de automatiza, fijándola en su sitio con un giro en el sentido de las agujas del reloj.
3. Después de usarla, vuelva a colocar el capuchón en la jeringa para guardarla.

C) Proceso de blanqueamiento de los dientes

1. Presione suavemente el pistón de la jeringa para distribuir el gel blanqueador por los dientes que van a someterse al procedimiento, formando una capa uniforme de aproximadamente 1-2 mm.
2. Apte la luz de activación ARCUS para activar el gel blanqueador.
3. Con un rollo cilíndrico de algodón, retire el exceso de gel y elimine el gel restante mediante succión; no enjuague.

Nota: El gel activado se espesará. Si la herramienta de succión se obstruye, enjuáguela con abundante agua

Fotoactivación del gel - Protocolo de blanqueamiento para dientes vitales

Coloque el cabezal de la lámpara BlancOne® ARCUS de manera que quede perpendicular a los dientes, manteniéndolo a 5-10 cm de la boca para permitir un flujo de aire adecuado. Intensidad luminosa recomendada y tiempos de activación:

- **Rápido:** Alta intensidad durante 10 minutos para una activación rápida.
- **Extendido:** Alta intensidad durante 12 minutos para una activación del gel eficiente.
- **Ampliada:** Alta intensidad durante 15 minutos, ideal para los que carecen de sensibilidad, para potenciar la activación del gel.
- **Sensible:** Baja intensidad durante 12 minutos, apta para personas con dientes sensibles o problemas de sensibilidad.

D) Finalización del proceso

1. Retire cualquier barrera gingival y enjuague las superficies dentales con la jeringa de aire/agua para eliminar los restos de gel.
2. Utilice la guía de tonos para evaluar el tono final de blanco conseguido y haga una foto después con luz neutra para comparar.
3. Retire el retractor labial y pida al paciente que se enjuague bien la boca.
4. Muestre al paciente el resultado del blanqueamiento con un espejo y con las fotos que haya hecho.
5. Ofrezca orientación y cuidado tras la sesión, así como los pasos necesarios para efectuar el seguimiento.

Advertencias

- La mezcla de gel contiene peróxidos (5,95 % H₂O₂).
- Venta exclusiva a odontólogos.
- En cada ciclo de uso, el primer uso deberá ser realizado únicamente por odontólogos o bajo su supervisión directa si se garantiza un nivel de seguridad equivalente. Posteriormente, el producto deberá entregarse al consumidor para completar el ciclo de uso.
- No recomendado para mujeres embarazadas.
- Consulte a un médico si está dando el pecho y quiere iniciar un procedimiento de cuidado bucal.
- No debe utilizarse en personas menores de 18 años.
- Asegúrese de que el paciente no es alérgico a los peróxidos ni a ninguno de los ingredientes del producto antes de utilizarlo.
- Extremar la precaución con los pacientes con sensibilidad a la luz.
- Un odontólogo debe evaluar la salud bucal del paciente –incluidos dientes y encías– antes de comenzar el proceso de blanqueamiento. No está recomendado para personas con gingivitis.
- Durante la aplicación deben llevarse guantes y gafas protectoras.
- El gel no debe tragarse ni entrar en contacto con los tejidos bucales blandos.
- No es nocivo tragar pequeñas cantidades, pero se recomienda enjuagarse con agua o consultar con un médico si esto sucede.
- Evite el contacto con los ojos. Enjuague inmediatamente si el producto entra en contacto con ellos.
- Si el gel entra en contacto con la piel o membranas mucosas, enjuague bien con agua y aplique gel de vitamina E o ácido hialurónico si se produce irritación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Algunos pacientes pueden sufrir temporalmente una sensibilidad leve o irritación de las encías. Interrumpa el uso y consulte a un odontólogo si continúan las molestias.
- Los procedimientos de blanqueamiento no cambian el color de las coronas de porcelana o restauraciones dentales.
- Evite el tabaco, el té, el café o el vino tinto durante al menos 3 horas después de la sesión.
- Después de la sesión de blanqueamiento, puede aumentar la sensibilidad al calor, al frío o a las comidas o bebidas ácidas.

FABRICADO EN ITALIA
PARA USO PROFESIONAL

BlancOne® CLICK® é um gel cosmético avançado de branqueamento dentário com peróxido de carbamida a 17% e foto-aceleradores. Obtém uma rápida ativação fotoquímica sob uma exposição adequada à luz e é concebido exclusivamente para melhoramentos cosméticos. Esta solução inovadora foi concebida para aplicação imediata após a higiene dentária, oferecendo um sorriso visivelmente mais brilhante, juntamente com dentes e gengivas limpos e saudáveis.

BlancOne® CLICK® é eficaz em 10 minutos sem necessidade de proteção das gengivas e não provoca sensibilidade. O CLICK® oferece aos utilizadores um caminho fácil, rápido e confortável para um sorriso mais brilhante.

BlancOne® CLICK® combina as capacidades de branqueamento dos peróxidos com um processo de remineralização natural através da hidroxiapatite (HAP), reduzindo efetivamente a sensibilidade. O gel é preparado utilizando uma ponta auto-misturadora que combina um gel branqueador com um gel ativador/remineralizante.

Sistema de Branqueamento BlancOne®

A lâmpada BlancOne® ARCUS e os Géis de branqueamento fotoquímicos BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) foram concebidos para trabalharem em conjunto, desempenhando um papel crucial na segurança do utilizador e no sucesso do processo de branqueamento. A lâmpada ARCUS destina-se exclusivamente aos géis de branqueamento fotoquímicos BlancOne® e não deve ser utilizada isoladamente. Da mesma forma, estes géis são especificamente formulados para serem ativados com a lâmpada BlancOne® ARCUS.

Os géis fotoquímicos BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) requerem ativação com a lâmpada BlancOne® ARCUS para manter a segurança do utilizador e otimizar os resultados. As características distintas da lâmpada ARCUS, como o seu comprimento de onda e intensidade, são vitais para ativar eficazmente estes géis. Os utilizadores devem ser protegidos com equipamento BlancOne® CARE para os olhos, rosto e lábios.

Os profissionais de medicina dentária devem receber formação e certificação para garantir que compreendem e estão empenhados em seguir os protocolos de segurança com o sistema de branqueamento BlancOne® In-Office. O revendedor autorizado é responsável por fornecer ou facilitar esta formação e certificação, assegurando que todos os operadores de sistemas cumprem as normas locais de especialização e conformidade.

Caso ocorram reações adversas significativas com o sistema de branqueamento BlancOne®, estas devem ser comunicadas ao revendedor autorizado. O concessionário é então responsável por documentar o incidente de forma exaustiva e comunicá-lo às autoridades sanitárias nacionais competentes e ao IDS Spa. No entanto, os efeitos comuns, como a sensibilidade ligeira e temporária ou a irritação das gengivas, não necessitam de ser comunicados.

DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO

A) Preparação do destinatário

1. Antes de iniciar a sessão de branqueamento, efetue um exame minucioso para avaliar a saúde de todos os tecidos orais e resolver quaisquer problemas dentários ou cáries.
2. Permitir que quaisquer tecidos orais danificados ou em recuperação tenham tempo para sarar antes do processo de branqueamento.
3. Explique claramente o procedimento à pessoa que recebe o serviço e obter previamente o seu consentimento informado.
4. Abstenha-se de utilizar pastas de polimento após a sessão de higiene dentária.
5. Equipe o indivíduo com um afastador de bochechas BlancOne® com um abaixador de língua, proteção facial e óculos de proteção. Não é necessária uma barreira gengival, exceto se houver irritação das gengivas.
6. Utilize um guia de cores para registar a cor inicial dos dentes no registo do indivíduo ou digitalmente com a aplicação BlancOne® PRO. Além disso, tire uma fotografia antes de começar, com uma luz neutra, para comparação.

B) Preparação e armazenamento do gel

1. Retire a tampa da seringa rodando-a no sentido anti-horário.
2. Coloque uma nova ponta de mistura automática, fixando-a no lugar com uma rotação no sentido horário.
3. Após a utilização, volte a colocar a tampa na seringa para a guardar.

C) Processo de branqueamento dos dentes

1. Pressione suavemente o êmbolo da seringa para distribuir o gel branqueador pelos dentes a tratar, de modo a obter uma cobertura uniforme com cerca de 1-2 mm de espessura.
2. Utilize a luz de ativação ARCUS para ativar o gel branqueador.
3. Utilize um rolo de algodão cilíndrico para remover o excesso de gel e remova qualquer gel restante com sucção – não enxaguar.

Nota: O gel ativado vai engrossar. Se a ferramenta de sucção ficar entupida, certifique-se de que é bem lavada com bastante água.

Foto-ativação do gel - Protocolo de branqueamento para dentes vitais

Posicione a cabeça da lâmpada BlancOne® ARCUS de forma a ficar perpendicular aos dentes, mantendo-a a 5-10 centímetros (2-4 polegadas) de distância da boca para promover um fluxo de ar adequado. Intensidade de luz e tempos de ativação recomendados:

- **Rápido:** Alta Intensidade durante 10 minutos para uma ativação rápida.
- **Standard:** Alta Intensidade para 12 minutos para uma ativação eficaz do gel.
- **Prolongado:** Alta Intensidade para 15 minutos, ideal para quem não tem sensibilidade, para aumentar a ativação do gel.
- **Sensível:** Baixa intensidade para 12 minutos, adequado para pessoas com dentes sensíveis ou problemas de sensibilidade.

D) Finalização do processo

1. Remova qualquer barreira gengival e enxaguar as superfícies dentárias utilizando a seringa de ar/água, eliminando quaisquer restos de gel.
2. Utilize o guia de tonalidades para avaliar a tonalidade final de branco obtida e tire uma fotografia posterior com uma luz neutra para comparação.
3. Retire o afastador de bochechas e peça ao indivíduo para enxaguar bem a boca.
4. Apresente os resultados do branqueamento ao indivíduo com um espelho e as fotografias tiradas.
5. Ofereça orientação sobre os cuidados pós-sessão e recomendar quaisquer medidas de acompanhamento necessárias.

Advertências

- O gel misto contém peróxidos (5.95% H₂O₂)
- Para ser vendido apenas a dentistas.
- Para cada ciclo de utilização, a primeira utilização deve ser feita apenas por médicos dentistas ou sob a sua supervisão direta, se for garantido um nível de segurança equivalente. Posteriormente, será fornecido ao consumidor para completar o ciclo de utilização.
- Não aconselhado a grávidas.
- Consulte um prestador de cuidados de saúde se estiver a amamentar e a considerar procedimentos de cuidados orais.
- Não deve ser utilizado em pessoas com menos de 18 anos.
- Assegurar que o utilizador não tem alergias aos peróxidos ou a quaisquer ingredientes do produto antes de o utilizar.
- Tenha cuidado com os indivíduos com sensibilidade à luz.
- Um profissional de medicina dentária deve avaliar a saúde oral, incluindo os dentes e as gengivas, antes de iniciar o processo de branqueamento. Não é recomendado para pessoas com doenças das gengivas.
- Devem ser usadas luvas e óculos de proteção durante a aplicação.
- Evite a ingestão do gel e o contacto com os tecidos moles da boca.
- A ingestão de pequenas quantidades não é considerada nociva, mas, se ocorrer, lavar com água ou consultar um médico.
- Evite o contacto com os olhos. Enxague imediatamente se o produto entrar em contacto com eles.
- Se o gel entrar em contacto com a pele ou as membranas mucosas, enxaguar bem com água e aplicar vitamina E ou gel de ácido hialurónico se ocorrer irritação.
- Guarde fora do alcance das crianças.
- Alguns utilizadores podem sentir uma ligeira sensibilidade ou irritação temporária das gengivas. Suspenda a utilização e consulte um dentista se o desconforto persistir.
- Os procedimentos de branqueamento não alteram a cor das coroas de porcelana ou das restaurações dentárias.
- Evite tabaco, chá, café ou vinho tinto durante pelo menos 3 horas após a sessão.
- A sensibilidade a alimentos e bebidas quentes, frios ou ácidos pode aumentar após a sessão de branqueamento.

BlancOne® CLICK* is een geavanceerde cosmetische tandbleekgel op basis van 17% carbamideperoxide en lichtactivators. Het wordt snel fotochemisch geactiveerd bij blootstelling aan geschikt licht en is uitsluitend bedoeld voor cosmetische doeleinden. Dit innovatieve product kan direct na de gebitsverzorging worden aangebracht en zorgt voor een stralende lach en schone en gezonde tanden en tandvlees.

BlancOne® CLICK* werkt binnen 10 minuten. U hoeft uw tandvlees niet te beschermen en het veroorzaakt geen gevoeligheid. CLICK* biedt gebruikers een gemakkelijke, snelle en aangename oplossing voor een stralende lach.

BlancOne® CLICK* maakt gebruik van de blekende eigenschappen van peroxiden in combinatie met een natuurlijk remineralisatieproces via hydroxyapatiet (HAP), wat de gevoeligheid effectief vermindert. De gel wordt bereid met een zelfmengende tip waarop een blekende gel wordt gecombineerd met een activator/remineraliserende gel.

BlancOne® Bleeksysteem

De BlancOne® ARCUS lamp en de BlancOne fotochemische blekende gels (ULTRA, TOUCH, CLICK) zijn zodanig ontworpen dat ze naadloos met elkaar kunnen worden gecombineerd. Ze spelen een cruciale rol bij het garanderen van de veiligheid van de gebruiker en het succes van de bleekbehandeling. De ARCUS lamp is uitsluitend bedoeld voor BlancOne fotochemische blekende gels en mag niet afzonderlijk worden gebruikt. Deze gels zijn eveneens speciaal ontwikkeld om geactiveerd te worden met de BlancOne® ARCUS lamp.

Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen en de resultaten te optimaliseren, moeten de BlancOne fotochemische gels (ULTRA, TOUCH, CLICK) worden geactiveerd met de BlancOne® ARCUS lamp. De specifieke eigenschappen van de ARCUS lamp, waaronder de golfenlengte en intensiteit, zijn essentieel voor een effectieve activering van de gels. Gebruikers moeten worden beschermd met uitrusting van BlancOne® CARE voor de ogen, het gezicht en de lippen.

Professionele tandartsen moeten worden getraind en gecertificeerd om te garanderen dat zij op de hoogte zijn van en zich inzetten voor de veiligheidsprotocollen met het BlancOne® In-Office Whiteningsysteem. De geautoriseerde leverancier is verantwoordelijk voor het aanbieden of faciliteren van deze training en certificering en moet ervoor zorgen dat alle systeembeheerders voldoen aan de lokale normen voor expertise en naleving.

Als er belangrijke bijwerkingen optreden met het BlancOne® Bleeksysteem, dan moeten deze worden gemeld aan de geautoriseerde leverancier. De leverancier is dan verantwoordelijk voor het uitgebreid documenteren van het incident en het rapporteren aan de bevoegde nationale gezondheidsautoriteiten en de IBS SPA. Algemene effecten, zoals milde en tijdelijke gevoeligheid of irritatie van het tandvlees, hoeven niet te worden gerapporteerd.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

A) Voorbereiding van de ontvanger

1. Voordat u met een bleekbehandeling begint, moet u een grondig onderzoek uitvoeren om de gezondheid van het mondweefsel te beoordelen en eventuele gebitsproblemen of tandbederf aan te pakken.
2. Neem vóór het bleken de tijd om beschadigd of herstellend mondweefsel te laten genezen.
3. Leg aan de persoon die de dienst ontvangt de procedure duidelijk uit en vraag hem of haar van tevoren om toestemming.
4. Gebruik na de mondhygiëne geen polijstpasta.
5. Voorzie de persoon van een BlancOne® wangtractor met tongspatel, gezichtsbescherming en een beschermende bril. Een gingivale barrière is niet nodig, tenzij er sprake is van tandvleesirritatie.
6. Gebruik een kleurengids om de oorspronkelijke kleur van de tanden te noteren in het dossier van de persoon of doe dit digitaal met de BlancOne® PRO-APP. Maak vooraf ook een foto onder neutraal licht, zodat je de verschillen naderhand kunt vergelijken.

B) Voorbereiding en opslag van de gel

1. Draai de dop linksom van de spuit.
2. Bevestig een nieuwe automix-tip en draai deze met de klok mee vast.
3. Plaats de dop na gebruik weer op de spuit en bewaar hem.

C) Het tandbleekproces

1. Druk zachtelijk op de piston van de spuit om de blekende gel voor de procedure over de tanden te verdelen. Verdeel de gel gelijkmatig over de tanden met een dikte van ongeveer 1-2 mm.
2. Gebruik het ARCUS-activeringslicht om de blekende gel te activeren.
3. Gebruik een cilindrische katoenen rol om overtollige gel te verwijderen en verwijder eventuele resterende gel met zuigkracht – niet afspoelen.

Opmerking: De geactiveerde gel zal dikker worden. Als de zuigmond verstopt raakt, moet u deze goed afspoelen met ruim water.

Fotioactivering van de gel - Protocol voor het bleken voor vitale tanden

Plaats de kop van de BlancOne® ARCUS-lamp zodanig dat deze loodrecht op de tanden staat en op een afstand van 5-10 centimeter van de mond blijft. Zo kan een goede lichtstroom worden bevorderd. Aanbevolen lichtintensiteit en activeringstijden:

- **Snel:** Hoge intensiteit gedurende 10 minuten voor een snelle activering.
- **Standard:** Hoge intensiteit gedurende 12 minuten voor efficiënte activering van de gel.
- **Uitgebreid:** Hoge intensiteit gedurende 15 minuten, ideaal voor mensen die geen gevoelige tanden hebben. Hiermee wordt de gel beter geactiveerd.
- **Gevoelig:** Lage intensiteit gedurende 12 minuten, geschikt voor mensen met gevoelige tanden of problemen met gevoeligheid.

D) Het proces afronden

1. Verwijder eventuele gingivale barrières en speel de tanden en kiezen af met de lucht-/waterspuit.

Zorg ervoor dat er geen gelresten achterblijven op de tanden.

2. Gebruik de kleurengids om de uiteindelijke tint van het bereikte wit te evalueren en neem achteraf een foto bij neutraal licht om het te kunnen vergelijken.
3. Verwijder de mondsprei en vraag aan de persoon om de mond grondig te spoelen.
4. Toon de resultaten van het bleken aan de persoon met behulp van een spiegel en de gemaakte foto's.
5. Bied richtlijnen voor verzorging na de behandeling en raad eventueel noodzakelijke vervolgmaatregelen aan.

Waarschuwingen

- De gemengde gel bevat peroxiden (5.95% H₂O₂)
- Alleen te verkopen aan tandartsen.
- Voor elke cyclus geldt dat het eerste gebruik alleen mag worden uitgevoerd door tandartsen of onder hun rechtstreeks toezicht, als een gelijkwaardig veiligheidsniveau is gegarandeerd. Daarna moet het aan de consument worden verstrekt om de gebruikscyclus te voltooien.
- Niet aanbevolen voor zwangere personen.
- Als u borstvoeding geeft en mondvverzorgingsprocedures overweegt, raadpleeg dan een zorgverlener.
- Niet gebruiken bij personen jonger dan 18 jaar.
- Verzeker dat de gebruiker voor gebruik geen allergieën heeft voor peroxiden of andere ingrediënten in het product.
- Wees extra voorzichtig als je gevoelig bent voor licht.
- Voordat de bleekbehandeling wordt uitgevoerd, moet een tandarts of mondhygiënist de gezondheid van de mond beoordelen, inclusief de tanden en het tandvlees. Dit wordt niet aanbevolen voor mensen met tandvleesproblemen.
- Draag tijdens het aanbrengen beschermende handschoenen en een veiligheidsbril.
- Slik de gel niet in en voorkom dat de gel in contact komt met zachte orale weefsels.
- Het is niet schadelijk om kleine hoeveelheden in te slikken. Indien dit toch gebeurt, dan moet u de mond spoelen en een arts raadplegen.
- Vermijd contact met de ogen. Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.
- Als de gel in contact komt met huid of slijmvliezen, spoelt u de huid goed af met water en breng vitamine E of hyaluronzuur aan als er huidirritatie ontstaat.
- Bewaar dit buiten het bereik van kinderen.
- Bij sommige gebruikers kan tijdelijk lichte gevoeligheid of irritatie van het tandvlees optreden. Als het ongemak aanhoudt, stop dan met het gebruik en raadpleeg een tandarts of mondhygiënist.
- Bleekbehandelingen zullen de kleur van porseleinen kronen of tandheelkundige restauraties niet veranderen.
- Vermijd tabak, thee, koffie of rode wijn tot minstens 3 uur na de behandeling.
- De gevoeligheid van de tanden voor warm, koud of zuur voedsel en dranken kan na de bleekbehandeling toenemen.

GEMAAKT IN ITALIË
VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BlancOne® CLICK® er en avanceret kosmetisk tandblegningsgel med 17 % carbamidperoxid og fotoaceleratorer. Den opnår hurtig fotokemisk aktivering under passende lyseksponering og er udelukkende udviklet til kosmetiske forbedringer. Denne innovative løsning er designet til øjeblikkelig anvendelse efter tandrens og giver et mærkbart lysere smil sammen med rene og sunde tænder og tandkød.

BlancOne® CLICK® er effektiv på 10 minutter uden behov for tandkødsbeskyttelse og forårsager ingen følsomhed. CLICK+ giver brugerne en nem, hurtig og behagelig vej til et lysere smil.

BlancOne® CLICK® blander peroxidernes blegende egenskaber med en naturlig remineraliseringsproces gennem hydroxyapatit (HAP), hvilket effektivt reducerer sensitiviteten. Gelen fremstilles ved hjælp af en selvblendende spids, der kombinerer en blegende gel med en aktivator/remineraliserende gel.

BlancOne® Whitening System

BlancOne® ARCUS-lampen og fotokemiske BlancOne®-blegegeler (ULTRA, TOUCH, CLICK) er designet til at fungere problemfrit sammen og spiller en afgørende rolle for at sikre brugerens sikkerhed og en vellykket blegeproces. ARCUS-lampen er udelukkende beregnet til fotokemiske BlancOne®-blegegeler og må ikke bruges alene. På samme måde er disse geler specifikt formuleret til at blive aktiveret med BlancOne® ARCUS-lampen.

De fotokemiske BlancOne®-geler (ULTRA, TOUCH, CLICK) kræver aktivering med BlancOne® ARCUS-lampen for at opretholde brugerens sikkerhed og optimere resultaterne. De særlige egenskaber ved ARCUS-lampen, såsom dens bølglængde og intensitet, er afgørende for en effektiv aktivering af disse geler. Brugerne skal beskyttes med BlancOne® CARE-udstyr til øjne, ansigt og læber.

Tandlæger skal modtage uddannelse og certificering for at sikre, at de forstår og er forpligtet til at følge sikkerhedsprotokollerne med BlancOne® In-Office Whitening System. Den autoriserede forhandler er ansvarlig for at levere eller facilitere denne uddannelse og certificering og sikre, at alle systemoperatører opfylder lokale standarder for ekspertise og overholdelse.

Hvis der opstår væsentlige bivirkninger med BlancOne® Whitening System, skal disse indberettes til den autoriserede forhandler. Forhandleren er derefter ansvarlig for at dokumentere hændelsen grundigt og indberette den til de relevante nationale sundhedsmyndigheder og IDS Spa. Almindelige virkninger som mild og midlertidig følsomhed eller tandkødsirritation kræver dog ikke indberetning.

RETNINGSLINJER FOR BRUG

A) Forberedelse af modtageren

1. Før du påbegynder tandblegningen, skal du foretage en grundig undersøgelse for at vurdere mundvævsens sundhed og løse eventuelle tand-

problemer eller karies.

2. Giv eventuelt beskadiget og gendannet mundvæv tid til at hele før blegningsprocessen.
3. Forklar tydeligt proceduren for den person, der skal modtage servicen, og indhent personens informerede samtykke på forhånd.
4. Afstå fra at bruge poleringspasta efter tandplejessionen.
5. Udstyr personen med en BlancOne®-kindretractor med en tungespatel, ansigtsbeskyttelse og beskyttelsesbriller. En gingival barriere er ikke nødvendig, medmindre der er irritation af tandkødet.
6. Brug en farveguide til at registrere tændernes oprindelige farve i vedkommendes journal eller digitalt med BlancOne® PRO-appen. Tag også et billede i neutral belysning til sammenligning, inden du går i gang.

B) Forberedelse og opbevaring af gel

1. Fjern hæften fra sprøjten ved at dreje den mod uret.
2. Sæt en ny atomix-spids på, og drej den på plads med uret.
3. Efter brug sættes hæften på sprøjten igen til opbevaring.

C) Processen til blegning af tænderne

1. Tryk forsigtigt på sprøjtes stempel for at fordele blegegelen over de tænder, der er beregnet til proceduren, og sigt efter en ensartet dækning, der er ca. 1-2 mm tyk.
2. Brug ARCUS-aktiveringslampen til at aktivere blegegelen.
3. Brug en cylindrisk vatrondel til at fjerne overskydende gel, og fjern eventuelt resterende gel med sug – skyl ikke.

Bemærk: Den aktiverede gel bliver tykkere. Hvis sugeværktøjet bliver tilstoppet, skal du sørge for at skylle det godt med rigeligt vand.

Fotoaktivering af gelen – Blegningsprotokol for vitale tænder

Placer hovedet på BlancOne® ARCUS-lampen, så det er vinkelret på tænderne, og hold den 5-10 centimeter væk fra munden for at fremme tilstrækkelig luftstrøm. Anbefalet lysintensitet og aktiveringstider:

- **Hurtig:** Høj intensitet i 10 minutter for hurtig aktivering.
- **Standard:** Høj intensitet i 12 minutter for effektiv aktivering af gelen.
- **Extended:** Høj intensitet i 15 minutter, ideelt til dem uden følsomhed, for at forbedre aktiveringen af gelen.
- **Sensitiv:** Lav intensitet i 12 minutter, velegnet til personer med følsomme tænder eller problemer med følsomhed.

D) Afslutning af processen

1. Fjern enhver gingival barriere, og skyl tandoverfladerne med luft-/vandsprøjten for at fjerne eventuelle gelrester.
2. Brug nuanceguiden til at evaluere den endelige

hvide nuance, og tag et billede bagefter i neutral belysning til sammenligning.

3. Fjern kindretractoren, og bed personen om at skylle munden grundigt.
4. Præsenter blegesultaterne for personen med et spejl og de billeder, der er taget.
5. Giv vejledning om pleje efter behandlingen, og anbefal eventuelle nødvendige opfølgningstrin.

Advarsler

- Den blandede gel indeholder peroxider (5,95 % H₂O₂).
- Sælges udelukkende til tandlæger.
- For hver cyklus må den første brug kun udføres af tandlæger eller under deres direkte tilsyn, hvis et tilsvarende sikkerhedsniveau er garanteret. Derefter skal det udleveres til forbrugeren for at fuldføre brugscyklussen.
- Anbefales ikke til gravide personer.
- Kontakt en sundhedsplejerske, hvis du ammer og overvejer mundplejeprocedurer.
- Må ikke bruges på personer under 18 år.
- Sørg for, at brugeren ikke har allergi over for peroxider eller andre ingredienser i produktet før brug.
- Udvis forsigtighed for personer med lysfølsomhed.
- En tandlæge skal vurdere mundhygiejnen, herunder tænder og tandkød, før blegningsprocessen påbegyndes. Det anbefales ikke til personer med tandkøds sygdomme.
- Beskyttelseshandsker og -briller skal bæres under påføringen.
- Undgå at sluge gelen og at komme i kontakt med blødt væv i munden.
- Indtagelse af små mængder anses ikke for at være skadeligt, men skyl med vand eller søg læge, hvis det sker.
- Undgå kontakt med øjnene. Skyl straks i tilfælde af kontakt med øjnene.
- Hvis gelen kommer i kontakt med hud eller slimhinder, skylles godt med vand, og der påføres E-vitamin eller hyaluronsyre, hvis der opstår irritation.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Midlertidig mild følsomhed eller irritation af tandkødet kan forekomme hos nogle brugere. Stop brugen, og kontakt en tandlæge, hvis ubehaget fortsætter.
- Blegningsprocedurer ændrer ikke farven på porcelænskroner eller tandrestaurationer.
- Undgå tobak, te, kaffe eller rødvin i mindst 3 timer efter behandlingen.
- Følsomhed over for varme, kolde eller syreholdige fødevarer og drikkevarer kan øges efter tandblegningen.

FREMSTILLET I ITALIEN
TIL PROFESSIONEL BRUG

BlancOne® CLICK® on edistyskäsittely kosmeettinen hampaiden valkaisu, joka sisältää 17 % karbamidiperoksidia ja fotokiihdyttimiä. Tuote saavuttaa nopean fotokemiallisen aktivoitumisen sopivassa valaistuksessa ja se on suunniteltu yksinomaan kosmeettisia parannuksia varten. Tämä innovatiivinen ratkaisu on suunniteltu levitettäväksi välittömästi suuhygieniatoimenpiteen jälkeen. Tuote tarjoaa huomattavasti kirkaamman hymyn sekä puhtaat ja terveet hampaat ja ikenet.

BlancOne® CLICK® toimii 10 minuutissa; ikeniä ei tarvitse suojata eikä se aiheuta herkäistymistä. CLICK® tarjoaa keinoon saavuttaa kirkaamman hymyn helposti, nopeasti ja kätevästi.

BlancOne® CLICK® yhdistää peroksidien valkaisevat ominaisuudet luonnolliseen remineralisaatioprosessiin hydroksiapatiitin (HAP) avulla, vähentäen tehokkaasti herkkyyttä. Geeli valmistetaan käyttämällä itäsekoittavaa kärkeä, joka yhdistää valkaisu-geelin aktivaattori-/remineralisointigeeliin.

BlancOne®-valkaisujärjestelmä

BlancOne® ARCUS -valo ja fotokemialliset BlancOne®-valkaisu-geelit (ULTRA, TOUCH, CLICK) on suunniteltu toimimaan yhdessä saumattomasti, ja niillä on olennainen rooli käyttäjän turvallisuuden ja valkaisu-prosessin onnistumisen takaamisessa. ARCUS-valo on tarkoitettu yksinomaan fotokemialliselle BlancOne®-valkaisu-geeleille, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi yksin. Samoin nämä geelit on valmistettu erityisesti aktivoitavaksi BlancOne® ARCUS -valon kanssa.

Fotokemialliset BlancOne®-geelit (ULTRA, TOUCH, CLICK) tulee aktivoida BlancOne® ARCUS -valolla käyttäjän turvallisuuden ja optimaalisten tulosten takaamiseksi. ARCUS-valon erityisominaisuudet, kuten sen aallonpituus ja voimakkuus, ovat olennaisia tärkeitä tähän geelien aktivoimisen kannalta. Käyttäjien tulee suojata silmät, kasvot ja huulet BlancOne® CARE -varusteilla.

Hammaslääketieteen ammattilaisten on käytävä koulutus ja hankittava sertifiointi, joka osoittaa, että he ovat ymmärtäneet BlancOne® In-Office Whitening System -järjestelmien käyttöön liittyvät turvallisuusprotokollat ja että he sitoutuvat noudattamaan niitä. Valtuutetun jälleenmyyjän tehtävä on tarjota ja järjestää tämä koulutus ja sertifiointi ja varmistaa, että kaikki järjestelmän käyttäjät vastaavat paikallisia asiantuntemusta ja vaatimustenmukaisuutta koskevia standardeja.

Jos BlancOne® Whitening System -järjestelmän käytön yhteydessä tapahtuu merkittäviä haittapahmimia, niistä tulee ilmoittaa valtuutetulle jälleenmyyjälle. Jälleenmyyjän tulee dokumentoida haittatapahtumat kattavasti ja ilmoittaa niistä vastaaville kansallisille terveysviranomaisille ja IDS Spa:lle. Tavallisia vaikutuksia, kuten lievistä ja väliaikaisesta herkkyydestä tai ikenien ärsytyksestä, ei tule ilmoittaa.

KÄYTTÖOHJEET

A) Asiakkaan valmistelu

1. Tutki asiakas ja arvioi hänen suukudostensa terveys ja tarkista mahdolliset hampaisiin liittyvät ongelmat ennen valkaisun aloittamista.
2. Anna vaurioituneiden tai toipuvien suukudosten parantua ennen valkaisemista.
3. Selitä menettely selkeästi toimenpiteen kohteena oleville henkilöille ja varmista henkilön tietoinen suostumus ennen toimien aloittamista.
4. Vältä kiillotuspastojen käyttämistä suun hygieniatoimenpiteiden jälkeen.
5. Laita asiakkaalle BlancOne®-suunavaaja sekä kiellasta, kasvusojuain ja suojalasit. Iensuojaa ei tarvita, jos ikenissä ei esiinny ärsytystä.
6. Käytä sävyopasta ja kirjaa asiakkaan tietoihin muistiin hampaiden alkuperäinen väri tai kirjaa se digitaalisesti BlancOne® PRO -sovellukseen. Ota hampaista myös valokuva neutraalissa valaistuksessa ennen toimien aloittamista myöhempää vertailua varten.

B) Geelin valmistelu ja säilytys

1. Irrota ruiskun korkki kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Kiinnitä uusi itäsekoittava kärki kiertämällä se kiertämällä myötäpäivään.
3. Kiinnitä korkki takaisin ruiskuun käytön jälkeen varastointia varten.

C) Hampaiden valkaisu-prosessi

1. Paina ruiskun mäntää varoen levittääksesi valkaisu-geeliä toimenpiteen kohteena oleviin hampaisiin niin, että sitä leviää tasainen, noin 1-2 mm:n paksuinen kerros.
2. Aktivoi valkaisu-geeli käyttämällä ARCUS-aktiivivaloa.
3. Poista ylimääräinen geeli käyttämällä sylinterimäistä vanurullaa ja poista jäljellä oleva geeli imemällä – älä huuhtele.

Huomautus: Aktivoitu geeli muuttuu paksu-maksi. Jos imutyökalu tukkeutuu, se tulee huuhdella hyvin runsaalla määrällä vettä.

Geelin fotokäyttö - Vitaalien hampaiden valkaisu-protokolla

Aseta BlancOne® ARCUS -valon pää niin, että se on kohtisuorassa hampaisiin, pitäen se 5-10 senttimetrin (2-4 tuuman) etäisyydellä suusta asianmukaisen ilmanvirtauksen mahdollistamiseksi. Suositeltu valon voimakkuus ja aktiivinaajat:

- **Nopea:** Korkea intensiteetti 10 minuutin ajan nopeaa aktivoitua varten.
- **Vakio:** Suuri voimakkuus 12 minuuttia geelin tehokasta aktivoitua varten.
- **Pitkä:** Suuri voimakkuus 15 minuuttia; ihanteellinen geelin aktivoimisen tehostamiseksi sellaisien henkilöiden kohdalla, jotka eivät kärsi herkäistymisestä.
- **Herkkä:** Alhainen voimakkuus 12 minuuttia; sopii henkilöille, joilla on herkä hampaat tai yliherkkyyttä.

D) Prosessin viimeistely

1. Poista iensuojat ja huuhtele suun pinnat käyttämällä ilma-vesiruiskua, ja poista mahdolliset geelijäämät.
2. Käytä sävyopasta arvioidaksesi saavutetun valkeuden luonnollisen sävyn ja ota toimenpiteen jälkeen valokuva neutraalissa valaistuksessa myöhempää vertailua varten.
3. Poista suunavaaja ja pyydä asiakasta huuhdella suun huolellisesti.
4. Näytä valkaisun tulokset asiakkaalle peilin ja valokuvien avulla.
5. Anna ohjeita toimenpiteen jälkeen suoritettavia hoitotoimia varten ja suosittele mahdollisia seurantavaihtoehtoja.

Varoitukset

- Sekoitettu geeli sisältää peroksidia (5,95 % H₂O₂).
- Myöden yksinomaan hammaslääkäreille.
- Hammaslääkärit saavat suorittaa ensimmäisen käyttökerran kunkin syklin osalta vain hammaslääkäreiden toimesta tai heidän välittömässä valvonnassa, jos vastaava turvallisuustaso on taattu. Sen jälkeen se on annettava kulluttajalle käyttöjaksen loppuun saattamiseksi.
- Ei suositella raskaana oleville naisille.
- Kysy ohjeita terveydenhuollon tarjoajalta, jos asiakas imettää tai harkitsee suunhoitotoimenpiteitä.
- Ei saa käyttää alle 18-vuotiailla.
- Varmista ennen tuotteen käyttämistä, ettei käyttäjä ole allerginen peroksideille tai muille tuotteen ainesosille.
- Toimi varoen valoherkkien asiakkaiden kohdalla.
- Hammashoidon ammattilaisten tulee arvioida asiakkaan suun terveyden, mukaan lukien hampaat ja ikenet, ennen valkaisun aloittamista. Tuotetta ei suositella iensairauksista kärsiville henkilöille.
- Käytä tuotteen levityksen aikana suojakäsineitä ja silmänsuojaimia.
- Vältä geelin nielemistä ja kosketusta suun pehmytkudoksiin.
- Pienten tuotemäärien nieleminen ei ole haitallista, mutta huuhtele suun vedellä tai hakeudu lääkäriin vastaanotolle, jos niin tapahtuu.
- Vältä kosketusta silmiin. Jos tuote joutuu silmiin, huuhtele välittömästi.
- Jos geeli joutuu kosketuksiin ihon tai limakalvojen kanssa, huuhtele hyvin vedellä ja levitä E-vitamiinia tai hyaluronihappogeeliä, jos ärsytystä ilmenee.
- Säilytä poissa lasten ulottuvilta.
- Joillakin käyttäjillä saattaa ilmetä ikenien väliaikaisia lieviä yliherkkyyttä tai ärsytystä. Jos epäuskava tuntemus jatkuu, lopeta käyttö ja ota yhteyttä hammashoidon ammattilaiseen.
- Valkaisuotoimenpiteet eivät muuta posliinikruunujen tai hampaiden korjausten väriä.
- Vältä tupakkaa, teetä, kahvia ja punaviiniä vähintään 3 tuntia toimenpiteen jälkeen.
- Herkkyyks kuumille, kylmille tai happamille ruoille ja juomille voi lisääntyä valkaisuotoimenpiteen jälkeen.

VALMISTETTU ITALIASSA
AMMATTIKÄYTTÖÖN

BlancOne® CLICK® er en avansert kosmetisk tannblekegelé med 17 % karbamidperoksid og fotoakseleratorer. Den oppnår rask fotokjemisk aktivering under egnet lyseksponering og er utelukkende utviklet for kosmetiske forbedringer. Denne innovative løsningen er utformet for umiddelbar påføring etter tannhygiene, og gir et merkbart skinnende smil sammen med rene og sunne tenner og tannkjøtt.

BlancOne® CLICK® er effektiv på 10 minutter uten behov for beskyttelse av tannkjøttet og forårsaker ingen sensitivitet. CLICK+ gir brukerne en enkel, rask og komfortabel vei til et skinnende smil.

BlancOne® CLICK® kombinerer peroksidenes blekende egenskaper med en naturlig remineralisering gjennom hydrokysapatitt (HAP), som effektivt reduserer sensitiviteten. Geleen tilberedes med en selvblendende spiss som kombinerer en blekegelé med en aktivator/remineraliseringsgelé.

BlancOne® blekebehandling

BlancOne® ARCUS-lampen og BlancOne fotokjemiske blekegeleer (ULTRA, TOUCH, CLICK) er utformet for en sømløs synergi, og er avgjørende for brukerens sikkerhet og en vellykket blekeprosess. ARCUS-lampen er utelukkende beregnet på BlancOne fotokjemiske blekegeleer og skal ikke brukes alene. På samme måte er geleen spesielt utviklet for å aktiviseres med BlancOne® ARCUS-lampen.

BlancOne® fotokjemiske geleer (ULTRA, TOUCH, CLICK) krever aktivisering med BlancOne ARCUS-lampen for å ivareta brukerens sikkerhet og optimalisere resultatene. ARCUS-lampens spesielle egenskaper, som bølgelengde og intensitet, er viktig for effektiv aktivisering av disse geleen. Brukere bør beskyttes med BlancOne® CARE-utstyr for øyne, ansikt og lepper.

Tannleger må gjennomgå opplæring og sertifisering for å garantere at de forstår og forplikter seg til å følge sikkerhetsprotokoller ved bruk av BlancOne® blekebehandling hos tannlegen. Den autoriserte forhandleren har ansvar for å tilby eller legge til rette for denne opplæringen og sertifiseringen for å sikre at alle som bruker systemet oppfyller lokale standarder for kompetanse og samsvar.

Hvis det oppstår vesentlige bivirkninger med BlancOne® Whitening System, må dette rapporteres til autorisert forhandler. Forhandleren er deretter ansvarlig for å dokumentere hendelsen grundig og rapportere den til landets kompetente helsemyndigheter og IDS Spa. Vanlige effekter som mild og forbigående sensitivitet eller irritasjon i tannkjøttet trenger imidlertid ikke rapporteres.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

A) Forberedelse av mottaker

1. Før blekingen starter må det gjøres en grundig undersøkelse for å vurdere helsen til det orale vevet og rette opp eventuelle tannproblemer eller karies.
2. Eventuelt skadet eller gjenvunnet oralt vev må få tid til å gro før bleking.
3. Forklar behandlingen tydelig for pasienten og innhent informert samtykke på forhånd.
4. Ikke bruk poleringspasta etter tannhygienebehandling.
5. Utstyr personen med en BlancOne® kinninnrekker med tungespatel, ansiktsbeskyttelse og beskyttelsesbriller. En tannkjøttbarriere er ikke nødvendig med mindre tannkjøttet er irriter.
6. Bruk en fargeguide for å registrere den opprinnelige tannfargen i pasientjournalen, eller digitalt i BlancOne® PRO-appen. Før du starter, ta også et bilde med nøytral belysning for sammenligning.

B) Tilberedning og oppbevaring av gelé

1. Ta av hetten på sprøyten ved å vri den mot klokke retningen.
2. Fest en ny selvblendende spiss og vri den med klokke retningen for å feste den.
3. Sett hetten på sprøyten igjen etter bruk.

C) Tannblekebehandling

1. Trykk forsiktig på sprøytestempelet for å fordele blekegeleen over tennene som skal behandles, og legg på en jevn tykkelse på ca. 1-2 mm.
2. Bruk ARCUS-aktiveringslyset til å aktivere blekegeleen.
3. Bruk en sylindrisk bomullsrull for å fjerne overflødig gelé, og fjern eventuell gjenværende gel med sug – ikke skyl.

Merk: Den aktiverte geleen tynner. Hvis sugeverktøyet blir tett, må det skylles godt med rikelig med vann.

Fotoaktivering av geleen - Blekeprotokoll for vitale tenner

Plasser hodet til BlancOne® ARCUS-lampen slik at det er vinkelrett på tennene, og hold det 5-10 cm unna munnen for å garantere en tilstrekkelig luftstrøm. Anbefalt lysintensitet og aktiveringstider:

- **Rask:** Høy intensitet i 10 minutter for rask aktivering
- **Standard:** Høy intensitet i 12 minutter for effektiv aktivering av geleen.
- **Førløng:** Høy intensitet i 15 minutter, ideelt for pasienter uten sensitivitet for å forsterke aktiveringen av geleen.
- **Sensitivitet:** Lav intensitet i 12 minutter, egnet for pasienter med sensitivitet eller problemer med sensitivitet.

D) Avslutte prosessen

1. Fjern eventuell tannkjøttbarriere og skyl tannflatene med luft/vann-sprøyten for å fjerne eventuelle gelérester.
2. Bruk fargeguiden til å vurdere den endelige hvitfargen som oppnås, og ta et bilde i nøytral belysning etterpå for sammenligning.
3. Ta ut kinninnrekkeren og be pasienten om å skylle munnen skikkelig.
4. Vis blekeresultatet for pasienten med et speil og bildene som er tatt.
5. Gi veiledning om stell etter behandlingen og anbefal nødvendige oppfølgingstiltak.

Advarsler

- Den blandede geleen inneholder peroksid (5,95% H₂O₂)
- Selges utelukkende til tannleger.
- For hver syklus må den første bruken kun utføres av tannleger eller under deres direkte tilsyn dersom et tilsvarende sikkerhetsnivå er garantert. Deretter må det gis til forbrukeren for å fullføre brukssyklusen.
- Anbefales ikke for gravide.
- Rådfor deg med helsepersonell hvis du ammer og vurderer tannbehandling.
- Skal ikke brukes på personer under 18 år.
- Forsikre deg om at brukeren ikke er allergisk mot peroksid eller andre ingredienser i produktet før bruk.
- Vær forsiktig med personer med lysfølsomhet.
- En tannlege må vurdere den orale helsen, inkludert tenner og tannkjøtt, før blekingen starter. Den anbefales ikke for personer med tannkjøttssykdom.
- Vernehansker og briller bør benyttes under påføringen.
- Unngå å svelge geleen og unngå kontakt med munnens bløtvev.
- Svelging av små mengder anses ikke som skadelig, men skyl med vann eller oppsøk lege hvis det skjer.
- Unngå kontakt med øynene. Ved kontakt med øynene, skyl umiddelbart.
- Hvis geleen kommer i kontakt med hud eller slimhinner, skyl godt med vann og påfør E-vitamin eller hyaluronsyregele hvis det oppstår irritasjon.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hos noen personer kan det oppstå en kortvarig mild sensitivitet eller irritasjon av tannkjøttet. Avslutt bruken og kontakt tannlege hvis ubehaget vedvarer.
- Blekebehandling endrer ikke fargen på porcelens kroner eller tannrestaureringer.
- Unngå tobakk, te, kaffe eller rødvin i minst 3 timer etterpå.
- Sensitivitet for varm, kald eller sur mat og drikke kan øke etter blekingen.

BlancOne® CLICK® är en avancerad kosmetisk tandblekningsgel med 17 % karbamidperoxid och fotocaceleratorer. Den uppnår snabb fotokemisk aktivering under lämplig ljusexponering och är endast till för kosmetiska förbättringar. Den här innovativa lösningen är framtagen för omedelbar applicering efter tandvårdsrutin och ger ett märkbart ljusare leende förutom rena och friska tänder och tandkött.

BlancOne® CLICK® verkar i 10 minuter utan behov av tandköttsskydd och orsakar ingen känslighet. CLICK® erbjuder användarna en snabb, enkel och bekväm väg mot ett ljusare leende.

BlancOne® CLICK® blandar blekningsfunktioner hos peroxid med en naturlig remineraliseringsprocess med hjälp av hydroxiapatit (HAP), vilket effektivt reducerar känslighet. Gelen förbereds med en självblandande spets som kombinerar blekningsgel med en aktiverare/remineraliseringsgel.

BlancOne® tandblekningssystem

BlancOne® ARCUS-lampen och BlancOne® fotokemiska blekningsgeler (ULTRA, TOUCH, CLICK) är utformade för att fungera smidigt tillsammans, vilket spelar en viktig roll för att säkerställa användarsäkerhet och framgång för blekningsprocessen. ARCUS-lampen är enbart avsedd för BlancOnes fotokemiska blekningsgeler och ska inte användas fristående. På samma sätt är dessa geler specifikt utformade för att aktiveras med BlancOne ARCUS-lampen.

BlancOnes fotokemiska geler (ULTRA, TOUCH, CLICK) kräver aktivering med BlancOne® ARCUS-lampen för att upprätthålla användarsäkerhet och optimera resultat. ARCUS-lampans distinkta funktioner, som dess våglängd och intensitet, är viktiga för att effektivt aktivera dessa geler. Användare ska skyddas med BlancOne® CARE-utrustning för ögon, ansikte och läppar.

Tandvårdspersonalen måste få utbildning och certifiering för att verifiera att de förstått och åtar sig att följa säkerhetsprotokollen vid användning av BlancOne® In-Office tandblekningssystem. Den auktoriserade återförsäljaren har ansvar för att tillhandahålla eller underlätta den här utbildningen och certifieringen, och se till att alla systemanvändare uppfyller lokala standarder gällande expertis och regel efterlevnad.

Om några betydande biverkningar inträffar med BlancOne® tandblekningssystem ska dessa rapporteras till den auktoriserade återförsäljaren. Återförsäljaren är sedan ansvarig för att dokumentera incidenten på ett omfattande sätt och rapportera den till lämpliga nationella hälsomyndigheter och IDS Spa. Vanliga effekter som mild och tillfällig känslighet eller irriterat tandkött behöver dock inte rapporteras.

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING

A) Förberedelse av mottagare

1. Innan blekningssessionen påbörjas ska en noggrann undersökning för att utvärdera hälsostatus för munvårdnad och eventuella tandproblem eller förfall genomföras.
2. Munvårdnader som är skadade eller under återhämtning ska ges tid att läka före blekningsprocessen.
3. Förklara tydligt proceduren för personen som får behandling och se till att få dennes informerade samtycke på förhand.
4. Avstå från att använda polerpasta efter tandvårdsbehandlingen.
5. Utrusta personen med en BlancOne® kindupprullare med tungdämpare, ansiktsskydd och skyddsglasögon. En gingival barriär är inte nödvändig om tandkötet inte är irriterat.
6. Använd en nyansguide för att registrera den ursprungliga färgen på tänderna i personens journal eller digitalt med appen BlancOne® PRO. Ta även ett foto före start, i neutral belysning, för jämförelse.

B) Gelförberedelse och förvaring

1. Ta bort korken från sprutan genom att vrida den moturs.
2. Sätt på en ny autoblandningsspets, säkra den på plats med en vridning medurs.
3. Efter användning sätter du på korken igen på sprutan för förvaring.

C) Tandblekningsprocess

1. Tryck försiktigt sprutans kolv för att fördela blekningsgelen över tänderna som ska behandlas och försök få en jämn täckning, ungefär 1-2 mm tjock.
2. Använd ARCUS aktiveringslampa för att aktivera blekningsgelen.
3. Använd en avläng bomullsrulle för att ta bort överflödigt gel och rensa bort eventuell kvarvarande gel med sug – skölj inte.

Obs! Den aktiverade gelen tjocknar. Om sugverktaget klibbar igen, skölj det med mycket vatten.

Fotoaktivering av gelen – Blekningsprotokoll för vitala tänder

Placera huvudet på BlancOne® ARCUS-lampen så att det är vinkelrätt mot tänderna, 5-10 centimeter från munnen för att främja tillräckligt luftflöde. Rekommenderad ljusintensitet och aktiveringsstider:

- **Snabb:** Hög intensitet i 10 minuter för snabb aktivering
- **Standard:** Hög intensitet i 12 minuter för effektiv gelaktivering.
- **Utökad:** Hög intensitet i 15 minuter, perfekt för dem som inte har någon känslighet, för att förstärka gelaktiveringen.
- **Känslig:** Låg intensitet i 12 minuter, lämpligt för personer med känsliga tänder eller känslighetsproblem.

D) Slutföra processen

1. Ta bort eventuellt gingival barriär och skölj tandytorna med luft/vattenpistol, rensa bort all kvarbliven gel.
2. Använd nyansguiden för att utvärdera den slutliga nyansen av vithet som uppnåtts och ta ett foto efteråt i neutral belysning för jämförelse.
3. Ta bort kindupprullaren och be personen att skölja munnen noggrant.
4. Visa blekningsresultatet för personen med en spegel och de tagna fotona.
5. Erbjud vägledning om efterbehandlingsvård och rekommendera eventuella nödvändiga uppföljningssteg.

Varningar

- Den blandade gelen innehåller peroxid (5,95 % H₂O₂)
- Säljs exklusivt till tandläkare.
- För varje cykel gäller att den första användningen endast får utföras av tandläkare eller under deras direkta överinseende om en likvärdig säkerhetsnivå kan garanteras. Därefter måste den tillhandahållas konsumenten för att slutföra användningscykeln.
- Rekommenderas inte för gravida personer.
- Rådfråga en läkare vid amning och övervägande av munvårdsprocedurer.
- Får inte användas på personer under 18 år.
- Säkerställ att användaren inte är allergisk mot peroxid eller några andra ingredienser i produkten före användning.
- Var försiktig med personer som är ljuskänsliga.
- En tandläkare måste utvärdera munhälsa, däribland tänder och tandkött, innan blekningsprocessen påbörjas. Rekommenderas inte för personer med tandköttsrekkjodum.
- Skyddshandskar och ögonskydd ska användas under appliceringen.
- Undvik att gelen sväljs eller kommer i kontakt med mjuka munvårdnader.
- Att svälja små mängder anses inte vara skadligt, men skölj med vatten eller sök medicinsk rådgivning om det inträffar.
- Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart.
- Om gelen kommer i kontakt med slemhinnor, skölj ordentligt med vatten och applicera vitamin E- eller hyaluronsyrage för irritationen utvecklas.
- Förvara utom räckhåll för barn.
- Tillfällig mild känslighet eller irritation i tandkötet kan inträffa för vissa användare. Avbryt användning och konsultera en tandvårdsspecialist om obehaget fortsätter.
- Blekningsprocedurer ändrar inte färg för porslinskronor eller stifttänder.
- Undvik tobak, te, kaffe eller rött vin under minst 3 timmar efter behandlingen.
- Känslighet för varm, kall eller syrerik mat och dryck kan öka efter blekningsbehandlingen.

BlancOne® CLICK* to zaawansowany żel kosmetyczny do wybielania zębów zawierający nadtlenek karbamidu 17% oraz fotoakcelerator. Osiąga szybką aktywację fotochemiczną pod wpływem działania odpowiedniego światła i przeznaczony jest wyłącznie do poprawek kosmetycznych. To innowacyjne rozwiązanie służy do natychmiastowej aplikacji po higienizacji, zapewniając zauważalnie jaśniejszy uśmiech obok czystych i zdrowych zębów oraz dziąseł.

BlancOne® CLICK* osiąga skuteczność w ciągu 10 minut, bez konieczności ochrony dziąseł, i nie wywołuje nadwrażliwości. CLICK* oferuje użytkownikom prostą, szybką i wygodną drogę do jaśniejszego uśmiechu.

BlancOne® CLICK* łączy w sobie możliwości wybielające nadtlenków z procesem naturalnej remineralizacji przez hydroksyapatyt (HAP), skutecznie minimalizując wrażliwość. Żel przygotowuje się, używając końcówki samoniesionej laserującej żel wybielający z aktywatorem / żelem remineralizującym.

System wybielający BlancOne®

Lampa BlancOne® ARCUS oraz fotochemiczne żeły wybielające BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) są zaprojektowane tak, aby bezproblemowo ze sobą współpracować, odgrywając istotną rolę przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika oraz udanego procesu wybielania. Lampa ARCUS jest przeznaczona wyłącznie do stosowania z fotochemicznymi żełami wybielającymi BlancOne® i nie może być stosowana samodzielnie. Żele mają tak dobraną formułę, że są aktywowane tylko przez lampę BlancOne® ARCUS.

Żele fotochemiczne BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) wymagają aktywacji pod lampą BlancOne® ARCUS, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz optymalizację wyników. Kluczem do efektywnej aktywacji tych żelei są specjalne cechy lampy ARCUS, takie jak długość fali oraz natężenie. Użytkownicy powinni stosować ochronę oczu, twarzy i ust BlancOne® CARE.

Stomatolodzy muszą przejść szkolenie i uzyskać certyfikat w celu potwierdzenia, że rozumieją protokoły bezpieczeństwa i przestrzegają ich podczas korzystania z gabinetowego systemu wybielania BlancOne®. Autoryzowany dealer odpowiada za zapewnienie lub umożliwienie takiego szkolenia oraz certyfikacji, gwarantując, że wszyscy operatorzy tego systemu spełniają lokalne standardy dotyczące kwalifikacji oraz zgodności z przepisami.

Jeżeli podczas korzystania z systemu wybielającego BlancOne® wystąpią jakiegokolwiek poważne reakcje niepożądane, należy je zgłosić autoryzowanemu dealerowi. Następnie dealer zobowiązany jest do szczegółowego udokumentowania danego incydentu oraz zgłoszenia go do krajowych organów ds. ochrony zdrowia oraz IDS Spa. Natomiast powszechnie występujące skutki, np. łagodna i tymczasowa wrażliwość lub podrażnienie dziąseł nie wymagają zgłoszenia.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

A) Przygotowanie pacjenta

- Przez rozpoczęciem sesji wybielania przeprowadzić dokładne badanie, aby ocenić zdrowie tkanek jamy ustnej oraz zająć się ewentualnymi problemami stomatologicznymi lub próchnicą.
- Przed przeprowadzeniem procesu wybielania odczekać, aż uszkodzone lub regenerujące się tkanki jamy ustnej zagoją się.
- Przed zabiegiem należy jasno wytłumaczyć całą procedurę pacjentowi i uzyskać jego świadomą zgodę.
- Po higienizacji unikać stosowania past do polewania.
- Wypożyczyć pacjentowi w rozmiarach policzków BlancOne® z blokadą języka, ochronę twarzy oraz gogle ochronne. Bariera dziąsłowa nie jest konieczna, chyba że doszło do podrażnienia dziąsła.
- Użyć wzmorka ocenić, aby zarejestrować wyjściowy kolor zębów w karcie Klienta lub cyfrowo w aplikacji BlancOne® PRO. Przed rozpoczęciem należy także wykonać zdjęcie w naturalnym świetle do celów porównawczych.

B) Przygotowanie i przechowywanie żelu

- Usunąć zatyczkę ze strzykawki, obracając ją przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Założyć nową końcówkę automix, przykręcając ją w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
- Po użyciu nalożyć z powrotem zatyczkę na strzykawkę w celu przechowania.

C) Proces wybielania zębów

- Delikatnie nacisnąć tłok strzykawki, aby rozprzecznić żel wybielający na zębach poddawanych zabiegowi, próbując uzyskać jednorodne pokrycie warstwą o grubości mniej więcej 1–2 mm.
- Użyć lampy aktywacyjnej ARCUS, aby aktywować żel wybielający.
- Użyć cylindrycznego wałka bawełnianego do usunięcia nadmiaru żelu, i usunąć resztki żelu za pomocą ssania – nie splotki.

Uwaga: Aktywowany żel ulegnie zagęszczeniu. Jeżeli narzędzie do odsysania zostanie zatknięte, należy je dobrze przepłukać dużą ilością wody.

Fotoaktywacja żelu – protokół wybielania zębów żywych

Umieścić głowicę lampy BlancOne® ARCUS prostopadle do zębów, w odległości 5–10 centymetrów (2–4 cale) od ust, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Zalecane natężenie światła i czasy aktywacji:

- Szybko:** Wysoka intensywność przez 10 minut dla szybkiej aktywacji
- Standard:** Duże natężenie przez 12 minut dla skutecznej aktywacji żelu.
- Wydłużony:** Duże natężenie przez 15 minut, idealne dla osób bez nadwrażliwości dla wzmocnienia aktywacji żelu.
- Wrażliwość:** Małe natężenie przez 12 minut, odpowiednie dla osób z wrażliwymi zębami lub problemami z wrażliwością.

D) Zakończenie procesu

- Usunąć ewentualną barierę dziąsłową i przepłukać powierzchnię zębów, używając strzykawki z powietrzem/wodą, usuwając pozostałości żelu.
- Użyć wzmorka kolorów, aby ocenić uzyskany końcowy odcień bieli, a następnie wykonać zdjęcie w neutralnym świetle do porównania.
- Usunąć rozmiar policzków i poprosić pacjenta o dokładne wypłukanie ust.
- Zaprezentować pacjentowi efekty wybielania w lusterku oraz na wykonanych zdjęciach.
- Zaofiarować wskazówki dotyczące pielęgnacji zębów po zabiegu oraz ewentualnych dalszych kroków.

Ostrzeżenia

- Zmieszany żel zawiera nadtlenki (5,95% H_2O_2).
- Sprzedażowane wyłącznie dentystom.
- W każdym cyklu pierwsze użycie może być przeprowadzone wyłącznie przez dentystów lub pod ich bezpośrednim nadzorem, jeśli zagwarantowany jest równoważny poziom bezpieczeństwa. Następnie produkt musi zostać dostarczony konsumentowi w celu zakończenia cyklu użytkowania.
- Nie zaleca się stosowania u kobiet ciężarnych.
- W przypadku matek karmiących wymagających leczenia dentystrycznego konsultować się z lekarzem.
- Nie stosować u osób poniżej 18 roku życia.
- Przed użyciem upewnić się, czy użytkownik nie ma alergii na nadtlenki ani inne składniki wyrobu.
- Zachować ostrożność w przypadku osób z wrażliwością na światło.
- Przed rozpoczęciem procesu wybielania stomatolog musi ocenić stan zdrowia jamy ustnej, w tym zębów oraz dziąseł. Nie zaleca się stosowania wybielania u osób z chorobami dziąseł.
- Podczas aplikacji należy mieć założone rękawiczki ochronne oraz ochronę oczu.
- Unikać polikaliana żelu oraz kontaktu z tkankami miękkimi w jamie ustnej.
- Pożknięcie niewielkich ilości nie jest uznawane za szkodliwe, ale jeżeli do tego dojdzie, należy przepłukać wodą lub zasięgnąć porady lekarza.
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać.
- Jeżeli dojdzie do kontaktu żelu ze skórą lub błoną śluzową, dokładnie przepłukać wodą i nalożyć witaminę E lub kwas hialuronowy, jeżeli rozwinie się podrażnienie.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- U niektórych użytkowników może występować okresowa łagodna wrażliwość lub podrażnienie dziąseł. Jeżeli dyskomfort będzie się utrzymywał, zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady dentysty.
- Procedury wybielające nie zmieniają barwy koron porcelanowych ani odbudów dentystrycznych.
- Po zabiegu przez co najmniej 3 godziny unikać tytoniu, herbaty, kawy i czerwonego wina.
- Po sesji wybielania może zwiększyć się wrażliwość na gorące, zimne lub kwaśne pokarmy lub napoje.

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

BlancOne® CLICK* je pokročilý kosmetický gel na bělení zubů obsahující 17% karmid peroxid a fotoaktivní urychlovače. Dosahuje rychlé fotochemické aktivace za vhodné expozice světla a je vytvořen výhradně pro kosmetický výpěš. Toto inovativní řešení je navrženo pro okamžitou aplikaci po dentální hygieně a nabízí znatelné zářivější úsměv spolu s čistými a zdravými zuby a dásněmi.

BlancOne® CLICK* je účinný za 10 minut bez nutnosti ochrany dásní a nepůsobí citlivost. CLICK+ nabízí uživatelům snadnou, rychlou a pohodlnou cestu k zářivějšímu úsměvu.

BlancOne® CLICK* spojuje bělicí schopnosti peroxidů s přirozeným remineralizačním procesem prostřednictvím hydroxyapatitu (HAP), čímž účinně snižuje citlivost. Gel se připravuje pomocí samočinného směšovacího hrotu, který směšuje bělicí gel s aktivátorem/remineralizačním gelem.

Systém bělení BlancOne®

Lampa BlancOne® ARCUS a fotochemické bělicí gely BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) jsou navrženy tak, aby hladce spolupracovaly a hrály zásadní roli při zajištění bezpečnosti uživatele a úspěchu bělicího procesu. Lampa ARCUS je určena výhradně pro fotochemické bělicí gely BlancOne® a není určena k samostatnému použití. Stejně tak jsou tyto gely speciálně složeny pro aktivaci lampou BlancOne ARCUS.

Fotochemické gely BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) vyžadují aktivaci lampou BlancOne® ARCUS, aby byla zachována bezpečnost uživatele a optimalizovány výsledky. Charakteristické vlastnosti lampy ARCUS, jako je její vlnová délka a intenzita, jsou životně důležité pro účinnou aktivaci těchto gelů. Uživatelé by měli být chráněni pomůckami BlancOne® CARE na oči, obličej a rty.

Zubní lékaři a hygienisté musí absolvovat školení a získat certifikaci za účelem zabezpečení, že chápou bezpečnostní protokoly systému bělení BlancOne v ordinaci a zavazují je dodržovat. Autorizovaný prodejce je pověřen poskytováním nebo zprostředkováním tohoto školení a certifikace, což zajišťuje, že všichni provozovatelé systému splňují místní standardy odbornosti a souladu s předpisy.

Pokud se u bělicího systému BlancOne® vyskytnou jakékoliv podstatné nežádoucí účinky, je třeba je nahlásit autorizovanému prodejci. Prodejce je pak odpovědný za komplexní dokumentaci případu a jeho nahlášení příslušným národním zdravotním úřadům a organizaci IDS Sp. Běžné účinky, jako je mírná a dočasná citlivost nebo podráždění dásní, však nahlášení nevyžadují.

POKYNY K POUŽITÍ

A) Příprava příjemce

1. Před zahájením bělení proveďte důkladnou prohlídku za účelem posouzení zdraví ústních tkání a vyřešení případných problémů se zuby nebo kazy.

2. Před bělením ponechte veškerým poškozeným nebo zotavujícím se ústním tkáním čas na zahojení.
3. Pacientovi, kterému je služba poskytnuta, zázrak jasně vysvětlete a obstarejte si předem jeho informovaný souhlas.
4. Po dentální hygieně nepoužívejte leštící pasty.
5. Nasadte pacientovi retraktore trváje BlancOne® s lopatkou na stlačení jazyka, ochranou obličje a ochrannými brýlemi. Ochranná bariéra na dásně není nutná, pokud nejsou dásně podrážděny.
6. Pomocí průvodce odstínů zaznamenejte původní barvu zubů do záznamu pacienta nebo ji zaznamenejte digitálně pomocí aplikace BlancOne® PRO. Před zahájením je také při neutrálním osvětlení vyfotíte pro srovnání.

B) Příprava a skladování gelu

1. Odstraňte uzávěr ze stříkačky otočením proti směru hodinových ručiček.
2. Nasadte nový automatický směšovací hrot a upevněte ho na místě otočením ve směru hodinových ručiček.
3. Po použití vraťte na stříkačku uzávěr pro uskladnění.

C) Proces bělení zubů

1. Jemně zatlačte na píst stříkačky, aby se bělicí gel rozptýlil po zubech určených k zákroku, snažte se o rovnoměrné pokrytí o tloušťce přibližně 1–2 mm.
2. K aktivaci bělicího gelu použijte aktivční světlo ARCUS.
3. K odstranění přebytkového gelu použijte bavlněný váleček a zbytky gelu odsajte – neoplachujte.

Pozn.: Aktivovaný gel zhoustne. Pokud se sací nástroj ucpé, důkladně ho vypláchněte velkým množstvím vody.

Fotoaktivace gelu - bělicí protokol pro vitální zuby

Umístěte hlavu lampy BlancOne® ARCUS tak, aby byla kolmo k zubům, přičemž ji udržujte ve vzdálenosti 5–10 centimetrů (2–4 palce) od úst, abyste podpořili dostatečné proudění vzduchu. Doporučená intenzita světla a doby aktivace:

- **Rychlý:** Vysoká intenzita po dobu 10 minut pro rychlou aktivaci
- **Standardní:** Vysoká intenzita po dobu 12 minut pro účinnou aktivaci gelu.
- **Rozšířená:** Vysoká intenzita po dobu 15 minut, ideální pro jedince netrpící citlivostí, ke zvýšené aktivaci gelu.
- **Citlivá:** Nízká intenzita po dobu 12 minut, vhodná pro pacienty s citlivými zuby nebo problémy s citlivostí.

D) Dokončení procesu

1. Sejměte z dásní ochrannou bariéru a opláchněte povrch zubů pomocí stříkačky se vzduchem/vodou, čímž odstraníte zbytky gelu.
2. Pomocí průvodce odstínů vyhodnotte výsledný

dosazený odstín bílé a poté vyfotíte v neutrálním osvětlení pro srovnání.

3. Odstraňte prosím retraktor trváje a požádejte pacienta, aby si důkladně vypláchl ústa.
4. Pomocí zrcadla a pořízených fotografií pacientovi předvedte výsledky bělení.
5. Nabídněte rady ohledně péče po ošetření a doporučte veškeré nezbytné následné kroky.

Varování

- Mícháný gel obsahuje peroxidy (5,95% H₂O₂).
- Prodává se výhradně zubařům.
- U každého cyklu smí první použití provést pouze zubní lékař nebo pod jeho přímým dohledem, pokud je zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti. Poté musí být poskytnuta spotřebitelci k dokončení cyklu použití.
- Nedoporučuje se pro těhotné pacientky.
- Pokud kóje a zvažujete procedury péče o ústní dutinu, poraďte se s poskytovatelem zdravotní péče.
- Nepoužívat u osob mladších 18 let.
- Před použitím se ujistěte, že uživatel netrpí alergií na peroxidy nebo jakékoli složky produktu.
- Buďte opatrní u jedinců citlivých na světlo.
- Zubní lékař/hygienista musí před zahájením bělení zhodnotit zdraví ústní dutiny, včetně zubů a dásní. Nedoporučuje se pacientům s onemocněním dásní.
- Při aplikaci by se měly používat ochranné rukavice a brýle.
- Vyvarujte se spolknutí gelu a kontaktu s měkkými ústními tkáněmi.
- Spolknutí malého množství se nepovažuje za škodlivé, ale pokud k němu dojde, vypláchněte jej vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vyhnete se kontaktu s očima. V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte.
- Pokud se gel dostane do kontaktu s pokožkou nebo sliznicemi, důkladně je opláchněte vodou a aplikujte gel s vitamínem E nebo kyselinou hyaluronovou, pokud dojde k podráždění.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- U některých uživatelů se může objevit dočasná mírná citlivost nebo podráždění dásní. Pokud potíže přetrvávají, přestaňte používat a poraďte se se zubním lékařem/hygienistou.
- Bělicí procedury nemění barvu porcelánových korunek nebo zubních náhrad.
- Alespoň 3 hodiny po zákroku se vyvarujte tabáku, čaji, kávy nebo červenému vínu.
- Po bělení se může zvýšit citlivost na horké, studené nebo kyselé potraviny a nápoje.

VYROBENO V ITÁLII
 K ODBORNÉMU POUŽITÍ

BlancOne® CLICK* je pokrokový kozmetický gél na bielenie zubov obsahujúci 17 % karbamid peroxid a fotoakcelératory. Pri vhodnom osvetlení dosahuje rýchlu fotochemickú aktiváciu a je vytvorený výhradne na kozmetické výsledky. Toto inovatívne riešenie je určené na okamžitú aplikáciu po dentálnej hygiene, pričom ponúka výrazne žiarivejší úsmev spolu s čistými a zdravými zubami a ďasnami.

BlancOne® CLICK* účinkuje za 10 minút bez potreby ochrany ďasien a nespôsobuje zvýšenie citlivosti. CLICK* ponúka používateľom jednoduchú, rýchlu a pohodlnú cestu k žiarivejšiemu úsmevu.

BlancOne® CLICK* spája bieliace schopnosti peroxidov s prirodzeným procesom remineralizácie prostredníctvom hydroxyapatitu (HAP), čím účinne znižuje citlivosť. Gél sa pripravuje pomocou samo-miešacieho hrotu, ktorý kombinuje bieliaci gél s aktivátorom/remineralizačným gélom.

Bieliaci systém BlancOne®

Lampa BlancOne® ARCUS a fotochemické bieliace gély BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) sú navrhnuté tak, aby spolupracovali bez problémov, vďaka čomu zohrávajú kľúčovú úlohu pri zaistení bezpečnosti používateľa a úspešného procesu bielenia. Lampa ARCUS je určená výhradne pre fotochemické bieliace gély BlancOne®, a nie na samostatné použitie. Rovnako aj tieto gély sú špeciálne vytvorené na aktiváciu pomocou lampy BlancOne® ARCUS.

Fotochemické gély BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) vyžadujú aktiváciu lampou BlancOne ARCUS, čím sa zachová bezpečnosť používateľa a optimalizujú výsledky. Charakteristické vlastnosti lampy ARCUS, ako je jej vlnová dĺžka a intenzita, sú kľúčové pre účinnú aktiváciu týchto gélov. Používatelia by mali byť chránení prostriedkami BlancOne® CARE na ochranu očí, tváre a pier.

Stomatologickí odborníci musia absolvovať školenie a získať certifikát, čím sa zaisťujú znalosti používania systému BlancOne® na bielenie v ordinácii, porozumenie bezpečnostným protokolom a ich dodržiavanie. Autorizovaný predajca je poverený poskytovaním alebo podporovaním tohto školenia a certifikácie, pričom zabezpečuje, aby všetci prevádzkovatelia systému spĺňali miestne normy odbornosti a dodržiavania predpisov.

Ak sa vyskytnú akékoľvek závažné nežiaduce reakcie na bieliaci systém BlancOne®, mali by ste ich nahlásiť autorizovanému predajcovi. Predajca je v takom prípade zodpovedný za komplexné zdokumentovanie incidentu a jeho nahlásenie príslušným národným zdravotníckym orgánom a spoločnosti IDS Spa. Pri bežných účinkoch, ako je mierna a dočasná citlivosť alebo podráždenie ďasien, sa však nevyžaduje nahlásenie.

POKYNY NA POUŽITIE

A) Príprava prijímateľa

1. Pred začiatkom procesu bielenia vykonajte dôkladné vyšetrenie, aby ste zhodnotili zdravie ústnych tkanív a vyriešili prípadné problémy so zubami alebo zubným kazom.
2. Pred procesom bielenia doprajte poškodeným alebo zotavujúcim sa tkanivám ústnej dutiny čas na zahojenie.
3. Jednotlivcovi, ktorý podstupuje zákrok, jasne vysvetlite postup a vopred si zaobstarajte jeho informovateľný súhlas.
4. Po ukončení dentálnej hygieny nepoužívajte leštiace pasty.
5. Nasadte jednotlivcovi otvárač úst BlancOne® so špachtľou na zatlačenie jazyka, ochranu tváre a ochranné okuliare. Pokiaľ nedôjde k podráždeniu ďasien, gingiválna bariéra nie je potrebná.
6. Zaznamenajte počiatočnú farbu zubov do záznamu jednotlivca pomocou sprievodcu odtieňmi alebo digitálnou formou pomocou aplikácie BlancOne® PRO. Pre porovnanie urobte pred začatím fotografie pri neutrálnom osvetlení.

B) Príprava a skladovanie gélu

1. Odstráňte uzáver zo striekačky otočením proti smeru hodinových ručičiek.
2. Pripojte nový hrot automatického miešania a zaistite ho otočením v smere hodinových ručičiek.
3. Po použití nasadte na injekčnú striekačku uzáver na uskladnenie.

C) Proces bielenia zubov

1. Jemným stlačením pistónu injekčnej striekačky rozmiestnite bieliaci gél po zuboch určených na zákrok, pričom sa snažte o rovnomerné pokrytie v hrúbke približne 1-2 mm.
2. Na aktiváciu bieliaceho gélu použite aktivačné svetlo ARCUS.
3. Na odstránenie prebytočného gélu použite valcovitú vatovú rolku a zvyšný gél odsajte – neoplachujte.

Poznámka: Aktivovaný gél zhustne. Ak sa sací stroj upchá, dôkladne ho prepláchnite veľkým množstvom vody.

Fotoaktivácia gélu - protokol bielenia pre živé zuby

Umiestnite hlavu lampy BlancOne® ARCUS tak, aby svetlo dopadalo kolmo na zub, pričom ju držte vo vzdialenosti 5-10 centimetrov (2-4 palce) od úst, aby ste podporili dostatočné prúdenie vzduchu. Odporúčaná intenzita svetla a čas aktivácie:

- **Fast:** Vysoká intenzita počas 10 minút pre rýchlu aktiváciu
- **Štandardný:** Vysoká intenzita po dobu 12 minút pre účinnú aktiváciu gélu.
- **Predĺžený:** Vysoká intenzita po dobu 15 minút, vhodné pre osoby bez zvýšenej citlivosti, na zvýšenie aktivity gélu.
- **Citlivý:** Nízka intenzita po dobu 12 minút, vhodné pre jednotlivcov s citlivými zubami alebo problémami s citlivosťou.

D) Dokončenie procesu

1. Odstráňte akékoľvek gingiválnu bariéru a opláchnite povrch zubov pomocou vzduchovej/vodnej striekačky, čím odstránite zvyšky gélu.
2. Pomocou sprievodcu odtieňmi vyhodnotte konečný dosiahnutý odtieň bielej a pre porovnanie urobte fotografiu pri neutrálnom osvetlení.
3. Odstráňte otvárač úst a jednotlivca požiadaajte, aby si dôkladne vypláchol ústa.
4. Prezentujte výsledky bielenia jednotlivcovi so zrkadlom a nasímanými fotografiami.
5. Ponúknite poradenstvo týkajúce sa starostlivosti po zákroku a odporuňte všetky potrebné nadväzujúce kroky.

Varovania

- Namiešaný gél obsahuje peroxidy (5,95 % H₂O₂)
- Predáva sa výlučne zubným lekárom.
- Prvé použitie každého cyklu musí byť vykonané len zubným lekárom alebo pod jeho priamym dohľadom, ak je zaradená rovnaká úroveň bezpečnosti. Potom sa musí poskytnúť spotrebiteľovi na dokončenie cyklu používania.
- Použitie u tehotných osôb sa neodporúča.
- Ak dojčíte a zvažujete postupy starostlivosti o ústnu dutinu, poraďte sa s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
- Nepoužívajte na osoby mladšie ako 18 rokov.
- Pred použitím sa uistite, že jednotlivec netrpí alergiou na peroxidy alebo iné zložky výrobku.
- Buďte opatrní u jedincov, ktorí sú citliví na svetlo.
- Stomatologický odborník musí pred začiatkom procesu bielenia zhodnotiť zdravie ústnej dutiny vrátane zubov a ďasien. Neodporúča sa ľudom s ochorením ďasien.
- Pri aplikácii by sa mali používať ochranné rukavice a okuliare.
- Zabráňte prehĺtnutiu gélu a kontaktu s mäkkými tkanivami ústnej dutiny.
- Prehĺtnutie malého množstva sa nepovažuje za škodlivé, ale ak k tomu dôjde, vypláchnite vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vyhnite sa kontaktu s očami. V prípade kontaktu s očami ich okamžite vypláchnite.
- Ak sa gél dostane do kontaktu s pokožkou alebo sliznicami, dôkladne opláchnite vodou a v prípade podráždenia naneste gél s obsahom vitamínu E alebo kyseliny hyalurónovej.
- Uchovávať mimo dosahu detí.
- U niektorých používateľov sa môže vyskytnúť dočasná mierna citlivosť alebo podráždenie ďasien. Ak ťažkosti pretrvávajú, prestaňte s používaním a poraďte sa so zubným lekárom.
- Bieliace procedúry nemenia farbu porcelánových korúnok alebo zubných náhrad.
- Vyhnite sa tabaku, čajom, káve alebo červenému vínu aspoň 3 hodiny po zákroku.
- Po bielení sa môže zvýšiť citlivosť na horúce, studené alebo kyslé potraviny a nápoje.

A BlancOne® CLICK® egy speciális kozmetikai fogfehérítő gél, amely 17% karbamid-peroxid és fotokatalizátorokat tartalmaz. Megfelelő megvilágítás esetén gyors fotokémiai aktiválást ér el, és kizárólag kozmetikai célokra készült. Ezt az innovatív megoldást szájhigiénia utáni azonnali alkalmazásra tervezték, így a tiszta és egészséges fogak és íny mellett láthatóan ragyogóbb mosolyt érhet el.

A BlancOne® CLICK® 10 perc alatt is hatékony, nem igényel inváziót, és nem okoz érzékenységet. A CLICK+ egyszerű, gyors és kényelmes utat kínál a felhasználóknak a ragyogóbb mosolyhoz.

A BlancOne® CLICK® egyetemi peroxidok fehérítő képességét a hidroxipapit (HAP) által biztosított természetes remineralizációs folyamattal, hatékonyan csökkentve az érzékenységet. A gél egy önkéverő hegy segítségével készíthető el, amely kombinálja a fehérítő gél és az aktiváló/remineralizáló gél.

BlancOne® fehérítő rendszer

A BlancOne® ARCUSUS lámpát és a BlancOne fotokémiai fehérítő géleket (ULTRA, TOUCH, CLICK) együttes használatra fejlesztették ki, ami döntő szerepet játszik a felhasználó biztonságának és a fehérítési folyamat sikerének biztosításában. Az ARCUSUS lámpa kizárólag a BlancOne fotokémiai fehérítő gélekhez való használatra szolgál, és önmagában nem használható. Hasonlóképpen, ezeket a géleket kifejezetten úgy alakították ki, hogy a BlancOne® ARCUSUS lámpával legyenek aktiválhatók.

A BlancOne® fotokémiai gélek (ULTRA, TOUCH, CLICK) a BlancOne® ARCUSUS lámpával történő aktiválást igénylik a felhasználó biztonsága és az eredmények optimalizálása érdekében. Az ARCUSUS lámpa sajátos jellemzői, mint például a fény hullámhossza és intenzitása, elengedhetetlenek a gélek hatékony aktiválásához. A felhasználókat a szem, az arc és az ajkak védelmére szolgáló BlancOne CARE eszközökkel kell védeni.

A fogászati szakembereknek képzésen és tanúsításon kell részt venniük, amely igazolja, hogy megértették a BlancOne In-Office fehérítő rendszer használatára vonatkozó biztonsági előírásokat, és elkötelezték azok betartása mellett. A hivatalos márkakereskedő feladata, hogy a képzést és tanúsítást biztosítsa vagy elősegítse, és gondoskodik róla, hogy a rendszer minden kezelője megfeleljen a helyi követelményeknek a szakértelem és megfelelőség terén.

Amennyiben a BlancOne fehérítő rendszerrel kapcsolatban bármilyen jelentős mellékhatás jelentkezik, azt jelenteni kell a hivatalos márkakereskedőnek. Ezután a kereskedő felel az incidens részletes dokumentálásáért és a megfelelő nemzeti egészségügyi hatóságok és az IDS Spa felé történő jelentésért. Az olyan gyakori hatások, mint az enyhe és átmeneti érzékenység vagy irritáció azonban nem igényelnek jelentést.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A) A kezelésben résztvevő felkészítés

1. A fogfehérítés megkezdése előtt végezzen alapos vizsgálatot a szájszövetek egészségének mérésére és az esetleges fogászati problémák vagy szuvasodás kezelése érdekében.
2. A fogfehérítés előtt hagnyon időt a sérült vagy gyulladt szájszövetek gyógyulására.
3. Világosan ismertesse az eljárást a szolgáltatást igénybe vevő személlyel, és előzetesen szerezzet be tájékozott beleegyezését.
4. A fogfehérítés kezelés után tartózkodjon a polírozó paszták használatától.
5. A kezelt személyt lássa el a BlancOne® ajakterpesszel nyelvenyomóval, arcvédővel és védőszemüveggel. Invázió barriere nincs szükség, kivéve irritáció esetén.
6. Fogszinkulus segítségével vagy digitálisan a BlancOne® PRO alkalmazással rögzítse a kezelt személy nyilvántartásában a fogak kezdeti színét. Összehasonlítás céljából semleges megvilágítás mellett készítsen egy fényképet is a kezdés előtt.

B) A gél előkészítése és tárolása

1. Távolítsa el a fecskendő kupakját az orámatató járásával ellentétben irányban elforgatva.
2. Csatlakoztasson egy új önkéverő hegyet, az orámatató járásával megegyező irányba történő elforgatással rögzítve.
3. Használat után tárolás céljából helyezze vissza a fecskendő kupakját.

C) A fogfehérítés folyamata

1. Óvatosan nyomja meg a fecskendő dugattyúját, elosztva a fehérítő gél a kezelendő fogakon, azok egyenletes, körülbelül 1-2 mm vastagságú lefedésére törekedve.
2. Használja az ARCUSUS aktiváló lámpát a fehérítő gél aktiválásához.
3. Vattapampon segítségével távolítsa el a felesleges gél, és szivással távolítsa el a maradék gél – ne öblítse le.

Megjegyzés: Az aktivált gél besűrűsödik. Ha a szivacsoszköz eltömődik, bő vízzel alaposan öblítse át.

A gél fotoaktiválása – Fehérítési protokoll elő fogakhoz

Helyezze el a BlancOne® ARCUSUS lámpa fejt úgy, hogy az merőlegesen álljon a fogakra, és a megfelelő légáramlása elősegítse érdekében tartás 5-10 centiméterre a szájtól. Ajánlott fényintenzitás és aktiválási idő:

- **Gyors:** Magas intenzitás 10 percig a gyors aktiválásához.
- **Standard:** Nagy intenzitás 12 percig a gél hatékony aktiválása érdekében.
- **Kibővített:** Nagy intenzitás 15 percig, ideális azok számára, akiknél nem lép fel érzékenység, a gél aktiválásának fokozása érdekében.
- **Érzékeny:** Alacsony intenzitás 12 percig, érzékeny fogakkal vagy érzékenységi problémákkal küzdő egyének számára alkalmas.

D) A folyamat befejezése

1. Távolítsa el az invázió barriert, és a levegő/víz fecskendő segítségével öblítse le a fogfelületeket, hogy eltávolítsa a maradék gél.
2. Használja a fogszinkulust az elért végleges fehérítés értékeléséhez, és készítsen utólagos fényképet semleges megvilágításban az összehasonlításhoz.
3. Kérjük, távolítsa el az ajakterpesszt, és kérje meg a kezelt személyt, hogy alaposan öblítse ki a száját.
4. Mutassa be a kezelt személynek a fogfehérítés eredményét egy tükör és az elkészített fényképek segítségével.
5. Adjon útmutatást a kezelés utáni ápolásra vonatkozóan, és javasoljon esetlegesen szükséges utánkövetést.

Figyelmeztetések

- A kevert gél peroxidokat tartalmaz (5,95% H₂O₂).
- Kizárólag fogorvosoknak értékesített.
- Az első használatot minden egyes ciklusban csak fogorvos vagy közvetlen felügyeletű által szabad elvégezni, ha a biztonság egyenértékű szintje garantált. Ezt követően a felhasználási ciklus befejezéséhez a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
- Terhes nők számára nem ajánlott.
- Szoptatás esetén konzultáljon orvosával a szájpótlási beavatkozással.
- Nem használható 18 év alatti személyeknél.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a felhasználó nem allergiás a peroxidokra vagy a termék bármely összetevőjére.
- Fényérzékeny emberek esetén járjon el körültekintően.
- A szájfűreg egészségét, beleértve a fogakat és az ínyt is, fogászati szakemberek kell értékelnie a fehérítési folyamat elkezdése előtt. Inybetegségekben szenvedők nem ajánlott.
- Az alkalmazás során védőeszköz és védőszemüveg kell viselni.
- Kerülje a gél lenyelését és a lágyszövetekkel való érintkezést.
- Kis mennyiség lenyelése nem tekinthető ártalmának, de ha ez előfordulna, öblítse le vízzel, vagy forduljon orvoshoz.
- Kerülje a szemmel való érintkezést. Szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki.
- Ha a gél bőrről vagy nyálkahártyával érintkezik, alaposan öblítse le vízzel, és irritáció esetén alkalmazzon E-vitamint vagy hialuronsav gél.
- Gyermekek elől elzárva tárolandó.
- Egyes felhasználóknál átmeneti enyhe érzékenység vagy irritáció fordulhat elő. Ha a kellemetlen érzés továbbra is fennáll, hagyja abba a használatát, és forduljon fogorvoshoz.
- A fogfehérítő eljárások nem változtatják meg a porcelán koronák vagy fogpótlások színét.
- A kezelés után legalább 3 órán keresztül kerülje a dohányzást, tea, kávé vagy vörösbor fogyasztását.
- A fehérítő kezelés után fokozódhat a forró, hideg vagy savas ételekkel és italokkal szembeni érzékenység.

OLASZORSZÁGBAN KÉSZÜLT
PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA

BlancOne® CLICK* este un gel cosmetic avansat de albire a dinților cu 17% peroxid de carbamid și fotocatalizatori. Acesta realizează o activare fotochimică rapidă în condiții de expunere la lumină adecvată și este creat exclusiv pentru îmbunătățirea cosmetice. Această soluție inovatoare este concepută pentru aplicarea imediată după igiena dentară, oferind un zămbet vizibil mai strălucitor, alături de dinți și gingii curate și sănătoase.

BlancOne® CLICK* este eficient în 10 minute, fără a fi nevoie de protecție gingivală și nu provoacă sensibilitate. CLICK* oferă utilizatorilor o cale ușoară, rapidă și confortabilă către un zămbet mai strălucitor.

BlancOne® CLICK* combină capacitățile de albire ale peroxidului cu un proces natural de remineralizare prin intermediul hidroxiapatitei (HAP), reducând în mod eficient sensibilitatea. Gelul este preparat cu ajutorul unui capăt de auto-amestecare care combină un gel de albire cu un gel activator/remineralizant.

BlancOne® Sistem de albire

Lampa BlancOne® ARCUS și gelurile fotochimice de albire BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) sunt concepute pentru a funcționa perfect împreună, jucând un rol crucial în asigurarea siguranței utilizatorului și a succesului procesului de albire. Lampa ARCUS este destinată exclusiv gelurilor de albire fotochimică BlancOne și nu trebuie utilizată singură. În mod similar, aceste geluri sunt special formulate pentru a fi activate cu lampa BlancOne® ARCUS.

Gelurile fotochimice BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) necesită activarea cu lampa BlancOne® ARCUS pentru a menține siguranța utilizatorului și a optimiza rezultatele. Caracteristicile distincte ale lămpii ARCUS, cum ar fi lungimea de undă și intensitatea acesteia, sunt esențiale pentru activarea eficientă a acestor geluri. Pacienții trebuie să fie protejați cu ajutorul mijloacelor de protecție BlancOne CARE pentru ochi, față și buze.

Profesioniștii din domeniul stomatologic trebuie să urmeze o instruire și să obțină o certificare pentru a verifica înțelegerea și angajamentul lor de a respecta protocoalele de siguranță atunci când utilizează în cabinetul sistemul de albire BlancOne. Distribuitorul autorizat este însărcinat cu furnizarea sau facilitarea acestei instruiți și certificări, asigurându-se că toți operatorii de sistem îndeplinesc standardele locale de expertiză și conformitate.

În cazul în care apar reacții adverse semnificative cu sistemul de albire BlancOne, acestea trebuie raportate distribuitorului autorizat. Distribuitorul este apoi responsabil de documentarea completă a incidentului și de raportarea acestuia către autoritățile naționale de sănătate și către IDS Spa. Cu toate acestea, efectele comune, cum ar fi sensibilitatea ușoară și temporară sau iritarea gingiilor, nu necesită raportare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A) Pregătirea beneficiarului

1. Înainte de a iniția sesiunea de albire, efectuați o examinare amănunțită pentru a evalua sănătatea țesuturilor orale și pentru a rezolva orice probleme dentare sau cari.
2. Acordați timp țesuturilor orale deteriorate sau în curs de refacere să se vindece înainte de procesul de albire.
3. Explicați în mod clar procedura persoanei care beneficiază de serviciu și obțineți în prealabil consimțământul informat al acesteia.
4. Abțineți-vă de la utilizarea pastelor de lustruire după ședința de igienă dentară.
5. Echipați persoana cu un retractor de obraji BlancOne® cu un apăsător de limbă, protecție facială și ochelari de protecție. O barieră gingivală nu este necesară decât în cazul în care există iritație gingivală.
6. Folosiți un ghid de culori pentru a înregistra culoarea inițială a dinților în fișa individuală sau în format digital cu aplicația BlancOne® PRO. De asemenea, faceți o fotografie înainte de a începe, sub o lumină neutră, pentru comparație.

B) Pregătirea și depozitarea gelului

1. Scoateți capacul de pe seringă răscindul-i în sens invers acelor de ceasornic.
2. Atașați capătul de auto-amestecare, fixându-l în poziție cu o rotire în sensul acelor de ceasornic.
3. După utilizare, reatașați capacul la seringă pentru depozitare.

C) Procesul de albire a dinților

1. Apăsați ușor pistonul seringii pentru a distribui gelul de albire pe dinții destinați procedurii, urmărind o acoperire uniformă de aproximativ 1-2 mm grosime.
2. Folosiți lumina de activare ARCUS pentru a activa gelul de albire.
3. Folosiți o rolă cilindrică de bumbac pentru a îndepărta excesul de gel și îndepărtați orice gel rămas prin aspirare - nu clătiți.

Notă: elul activat se va îngroșa. În cazul în care instrumentul de aspirare se infundă, aspirați-vă că este clătit bine cu multă apă.

Fotoactivarea gelului - Protocol de albire pentru dinți vitali

Poziționați capul lămpii BlancOne® ARCUS astfel încât să fie perpendicular pe dinți, menținând-o la 5-10 centimetri (2-4 inci) de gură pentru a favoriza un flux de aer adecvat. Intensitatea luminii și timpul de activare recomandăți:

- **Rapid:** Intensitate ridicată timp de 10 minute pentru o activare rapidă
- **Standard:** Intensitate ridicată pentru 12 minute pentru o activare eficientă a gelului.
- **Extins:** Intensitate ridicată pentru 15 minute, ideală pentru cei fără sensibilitate, pentru a spori activarea gelului.
- **Sensibil:** Intensitate scăzută pentru 12 minute, potrivită pentru persoanele cu dinți sensibili sau cu probleme de sensibilitate.

D) Finalizarea procesului

1. Îndepărtați orice barieră gingivală și clătiți suprafețele dentare cu ajutorul seringii aer/apă, îndepărtați orice rest de gel.
2. Folosiți ghidul de nuanțe pentru a evalua nuanța finală de alb obținută și faceți o fotografie după aceea în lumină neutră pentru comparație.
3. Vă rugăm să îndepărtați retractorul de obraz și să cereți persoanei să își clătească bine gura.
4. Prezența persoanei rezultatele albirii cu ajutorul unei oglinzi și a fotografiilor realizate.
5. Oferiți îndrumări privind îngrijirea post-sesiune și recomandați orice măsuri de urmărire necesare.

Avertisment

- Gelul mixt conține peroxizi (5,95% H₂O₂)
- Vândut exclusiv dentiștilor.
- Pentru fiecare ciclu, prima utilizare trebuie efectuată numai de către dentiști sau sub supravegherea directă a acestora, dacă este garantat un nivel echivalent de siguranță. Ulterior, trebuie să fie furnizat consumatorului pentru a completa ciclul de utilizare.
- Nu se recomandă femeilor însărcinate.
- Consultați un furnizor de asistență medicală dacă alăptați și dacă aveți în vedere proceduri de îngrijire orală.
- A nu se utiliza pe persoane cu vârsta sub 18 ani.
- Asigurați-vă că utilizatorul nu are alergii la peroxizi sau la oricare dintre ingredientele produsului înainte de utilizare.
- Aveți grijă la persoanele cu sensibilitate la lumină.
- Un medic stomatolog trebuie să evalueze sănătatea orală, inclusiv dinții și gingiile, înainte de a începe procesul de albire. Nu este recomandat celor care suferă de boli ale gingiilor.
- În timpul aplicării trebuie purtate mănuși și ochelari de protecție.
- Evitați înghițirea gelului și contactul cu țesuturile bucale moi.
- Înghițirea unor cantități mici nu este considerată dăunătoare, dar clătiți cu apă sau cereți sfatul medicului dacă se întâmplă.
- Evitați contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat.
- Dacă gelul intră în contact cu pielea sau cu membranele mucoase, clătiți bine cu apă și aplicați vitamina E sau gel cu acid hialuronic dacă apare iritație.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- La unii utilizatori poate apărea o sensibilitate ușoară temporară sau o iritație a gingiilor. Începăți utilizarea și consultați un medic stomatolog dacă disconfortul continuă.
- Procedurile de albire nu modifică culoarea coronoanelor de porțelan sau a restaurărilor dentare.
- Evitați tutunul, ceaiul, cafeaua sau vinul roșu timp de cel puțin 3 ore după ședință.
- Sensibilitatea la alimente și băuturi calde, reci sau acide poate crește după ședința de albire.

BlancOne® CLICK* — передовой косметический гель для отбеливания зубов, содержащий 17 % пероксида карбамида и световые акселераторы. Он разработан исключительно для косметических целей и быстро достигает фотохимической активации под воздействием соответствующего света. Это инновационное решение предназначено для применения сразу же после гигиенической чистки зубов, благодаря ему улыбка становится заметно ярче, а зубы и десны — чище и здоровее.

BlancOne® CLICK* действует через 10 минут, не требует защиты десен и не вызывает чувствительность. CLICK* — это легкий, быстрый и комфортный способ сделать улыбку ярче.

BlancOne® CLICK* отбеливает зубы, поскольку содержит перексиды, и естественным образом выполняет реминерализацию за счет содержащегося в нем гидроксиапатита, эффективно уменьшая чувствительность. Для подготовки геля используется насадка, в которой смешиваются отбеливающий гель и активатор / гель для реминерализации.

Отбеливающая система BlancOne®

Лампа BlancOne® ARCUS и фотохимические отбеливающие гели BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) идеально работают вместе, они критически важны для безопасности пользователя и успешного отбеливания. Лампа ARCUS предназначена исключительно для фотохимических отбеливающих гелей BlancOne® и не используется отдельно. Аналогично, состав гелей разработан специально таким образом, чтобы их активировала лампа BlancOne® ARCUS.

Для безопасности пользователя и достижения наилучших результатов следует активировать фотохимические гели BlancOne® (ULTRA, TOUCH, CLICK) лампой BlancOne® ARCUS. Отличительные характеристики лампы ARCUS, в частности длина волны и интенсивность света, крайне важны для эффективной активации гелей. Пользователям необходимо применять средства защиты глаз, лица и губ BlancOne® CARE.

Стоматологи должны пройти обучение и сертификацию, чтобы они понимали и соблюдали описанные ниже протоколы безопасности при работе с системой отбеливания BlancOne для стоматологических кабинетов. Авторизованный дилер должен провести или помочь провести такое обучение и сертификацию, чтобы все операторы системы соблюдали местные стандарты работы, нормы и правила.

Если во время применения отбеливающей системы BlancOne возникнут значительные нежелательные реакции, следует сообщить о них авторизованному дилеру. После этого дилер обязан задокументировать всю информацию об инциденте и сообщить о нем в соответствующие государственные органы здравоохранения и в компанию IDS Spa. Однако о распространенных последствиях, например о незначительной временной чувствительности или раздражении десен, сообщать не требуется.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

A) Подготовка пациента

1. Перед началом процедуры отбеливания необходимо провести тщательный осмотр, чтобы оценить состояние тканей ротовой полости, также следует устранить возможные проблемы с зубами или кариес.
2. Если ткани ротовой полости повреждены, необходимо подождать, пока они восстановятся, прежде чем приступать к отбеливанию.
3. Четко объясните процедуру пациенту и получите от него информированное согласие перед ее началом.
4. Не используйте полировочные пасты после гигиенической чистки зубов.
5. Установите в ротовой полости пациента ретрактор щек и языка BlancOne®, применяйте средства защиты лица и защитные очки. Если раздражение десен не возникает, десневой барьер необязателен.
6. Определите первоначальный цвет зубов с помощью шкалы оттенков и зафиксируйте данные в карте пациента или в приложении BlancOne® PRO. Также перед началом процедуры сделайте фотографию при нейтральном освещении для последующего сравнения.

B) Подготовка и хранение геля

1. Поворачивая колпачок против часовой стрелки, снимите его со шприца.
2. Прикрепите новую насадку для автоматического смешивания и зафиксируйте ее на месте, поворачивая по часовой стрелке.
3. После использования снова прикрепите колпачок к шприцу для хранения.

C) Процедура отбеливания зубов

1. Осторожно нажимая на поршень шприца, распределите отбеливающий гель по зубам, для которых запланирована процедура. Старайтесь создать однородное покрытие толщиной 1–2 мм.
2. Активируйте отбеливающий гель с помощью специальной лампы ARCUS.
3. Цилиндрическим ватным роликком снимите излишки геля и удалите остатки геля с помощью отсоса — не смывайте.

Примечание: После активации гель загустевает. Если всасывающий инструмент засорится, обязательно хорошо промойте его большим количеством воды.

Фотоактивация геля — протокол отбеливания для витальных зубов

Расположите головку лампы BlancOne® ARCUS перпендикулярно к зубам на расстоянии 5–10 см (2–4 дюйма) от рта, чтобы создать достаточный поток воздуха. Рекомендуемые значения интенсивности света и времени активации:

- **Быстро:** Высокая интенсивность в течение 10 минут для быстрой активации
- **Стандартная процедура:** высокая интенсивность в течение 12 минут для эффективной активации геля.
- **Расширенная процедура:** высокая интенсивность в течение 15 минут для большей активации геля, идеально подходит для пациентов без чувствительности.
- **Процедура для пациентов с чувствительностью:** низкая интенсивность в течение 12 минут, подходит для пациентов с чувствительными зубами или другими проблемами, связанными с чувствительностью.

D) Завершение процедуры

1. Удалите десневой барьер (если есть) и очистите поверхность зубов воздушным/водным шприцем, а затем снимите остатки геля.
2. С помощью шкалы оттенков оцените достигнутый окончательный оттенок белого и сделайте фотографию после процедуры при нейтральном освещении для сравнения.
3. Извлеките ретрактор щек и попросите пациента тщательно прополоснуть рот.
4. Покажите пациенту результаты отбеливания в зеркале и на сделанных фотографиях.
5. Посоветуйте уход после сеанса и необходимые последующие шаги.

Предупреждение

- Смешанный гель содержит перексиды (5,95 % H₂O₂)
- Продается только стоматологам.
- Для каждого цикла первое использование должно осуществляться только стоматологами или под их непосредственным наблюдением, если гарантируется эквивалентный уровень безопасности. После этого он должен быть предоставлен потребителю для завершения цикла использования.
- Не рекомендуем для беременных пациенток.
- Проконсультируйтесь с медработником в случае кормления грудью, также учитывайте процедуру по уходу за ротовой полостью.
- Не используйте для лиц моложе 18 лет.
- Перед применением убедитесь, что у пользователя нет аллергии на перексиды и любые другие ингредиенты, содержащиеся в продукте.
- Будьте осторожны при работе с пациентами, чувствительными к свету.
- Стоматолог должен оценить состояние ротовой полости, в том числе зубов и десен, прежде чем приступать к процедуре отбеливания. Не рекомендуется для лиц с заболеваниями десен.
- Во время нанесения следует пользоваться защитными перчатками и очками.
- Не допускайте проглатывания геля и контакта с мягкими тканями ротовой полости.
- Проглатывание небольшого количества не считается вредным, но если это произойдет, необходимо промывание водой или обращение к врачу за консультацией.
- Избегайте попадания в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промойте.
- Если гель попадет на кожу или слизистую, следует промыть пораженный участок водой и нанести витамин E либо мулуноронную кислоту в форме геля в случае появления раздражения.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- У некоторых пользователей может временно возникнуть незначительная чувствительность или раздражение десен. Если дискомфорт не исчезнет, прекратите использование и проконсультируйтесь со стоматологом.
- Процедуры отбеливания не меняют цвет керамических коронок или зубных реставраций.
- Не курите табак, не употребляйте чай, кофе и красное вино как минимум 3 часа после сеанса.
- После сеанса отбеливания может увеличиться чувствительность к горячим, холодным или кислым продуктам питания и напиткам.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

BlancOne® CLICK® %17 oranında karbamid peroksit ve foto hızlandırıcılar içeren gelişmiş bir kozmetik diş beyazlatıcı jeldir. Uygun ışık altında hızlı fotokimyasal aktivasyon sağlar ve yalnızca kozmetik iyileştirmeler için üretilmiştir. Bu yenilikçi çözüm diş temizliği sonrası hızlı uygulama için tasarlanmıştır; temiz ve sağlıklı diş ve diş etleri ile birlikte fark edilir derecede daha parlak bir gülümseme sunar.

BlancOne® CLICK® diş eti korumasına ihtiyaç duymadan 10 dakika içinde etki gösterir ve herhangi bir hassasiyete neden olmaz. CLICK® kullanıcıların kolay, hızlı ve rahat bir şekilde daha parlak bir gülümsemeye ulaşmalarını sağlar.

BlancOne® CLICK® peroksitlerin beyazlatma özelliklerini hidroksiapatit (HAP) yoluyla doğal bir remineralizasyon süreciyle birleştirerek hassasiyeti etkili bir şekilde azaltır. Jel, beyazlatıcı jeli bir aktivatör/mineralizasyon jeli ile karıştıran otomatik karıştırma ucu kullanılarak hazırlanır.

BlancOne® Beyazlatma Sistemi

BlancOne® ARCUS lamba ve BlancOne fotokimyasal beyazlatıcı jeller (ULTRA, TOUCH, CLICK) birlikte kusursuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır ve kullanıcı güvenliğini sağlamakla ve beyazlatma işleminin başarısında önemli bir rol oynar. ARCUS lamba BlancOne fotokimyasal beyazlatıcı jeller için özel olarak üretilmiştir ve tek başına kullanılamaz. Benzer şekilde bu jeller BlancOne® ARCUS lamba ile aktive olmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

BlancOne® fotokimyasal jeller (ULTRA, TOUCH, CLICK) kullanıcı güvenliğini sağlamak ve sonuçları optimize etmek için BlancOne® ARCUS lamba ile aktive edilmelidir. ARCUS lambanın dalga boyu ve yoğunluğu gibi ayırt edici özellikleri bu jelleri etkili bir şekilde aktive etmek için önemli faktörlerdir. Kullanıcıların göz, yüz ve dudak bölgeleri BlancOne CARE ekipmanıyla korunmalıdır.

Diş sağlığı uzmanlarının BlancOne® Muayenehane-De Beyazlatma Sistemine ait güvenlik protokollerini anlamlarını ve bunlara uymalarını sağlamak için eğitim ve sertifikasyon almaları gerekir. Yetkili satıcı, tüm sistem operatörlerinin yerel uzmanlık ve uyumluluk standartlarını karşılamasını sağlayarak bu eğitimi ve sertifikasyonu sunmak veya bu konuda yardımcı olmak ile görevlidir.

BlancOne® Beyazlatma Sistemine herhangi önemli bir olumsuz reaksiyon gösterilmesi durumunda, yetkili satıcıya bildirilmelidir. Bu durumda satıcı durumu ayrıntılı bir şekilde belgelemek ve bunu ilgili ulusal sağlık yetkililerine ve IDS Spa'ya bildirmekten sorumludur. Bununla birlikte, hafif ve geçici hassasiyet ya da diş eti tahrişi gibi yaygın etkilerin bildirilmesi gerekmez.

KULLANIM TALİMATLARI

A) Alıcının Hazırlanması

1. Beyazlatma seansına başlamadan önce ağız dokularının sağlığını değerlendirmek ve diş sorunları için güçlüklerini gidermek için kapsamlı bir muayene gerçekleştirin.
2. Beyazlatma işleminin önce hasar görmüş veya iyileşmekte olan ağız dokularının toparlanmasını için zaman tanıyın.
3. Hizmetli alan kişiye prosedürü net bir şekilde açıklayın ve prosedür öncesinde bilgilendirilmiş onayını alın.
4. Diş temizliği seansının ardından parlatma pastası kullanımdan kaçınan.
5. Kişiyi BlancOne®'de basacak yanak ekartörü, yüz koruyucu ve koruyucu gözlük takın. Diş eti tahrişi bulunmuyorsa diş eti bariyerine ihtiyaç duymaz.
6. Dişlerin başlangıç rengini kişinin kayıtlarına geçirmek ya da dijital olarak BlancOne® PRO uygulaması ile kaydetmek için bir renk tonu klavuzu kullanın. Ayrıca karşılaştırma için işleme başlamadan önce doğal ışık altında bir fotoğraf çekin.

B) Jelin Hazırlanması ve Saklanması

1. Şırınganın kapağını saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
2. Yeni bir otomatik karıştırma ucu takın ve saat yönünde çevirerek sabitleyin.
3. Kullandıktan sonra şırıngayı saklayabilmek adına kapağını geri takın.

C) Diş Beyazlatma İşlemi

1. Şırınganın pistonuna nazikçe bastırarak prosedürün uygulanacağı dişlere beyazlatıcı jeli dağıtın. Dişleri yaklaşık 1-2 mm kalınlığında eşit şekilde kaplamaya odaklanın.
2. Beyazlatıcı jeli aktive etmek için ARCUS aktivasyon ışığı kullanın.
3. Fazla jeli almak için bir silindirden pamuk kullanın ve kalan jeli vakumla temizleyin – durulamayın.

Not: Aktive edilen jel koyulaşacaktır. Emme aleti tıkanırsa bol su ile iyice durulanmasını sağlayın

Jelin Foto Aktivasyonu - Vital Dişler İçin Beyazlatma Protokolü

BlancOne® ARCUS lambanın başlığını yeterli hava akışını sağlamak için ağzından 5-10 santimetre (2-4 inç) uzakta tutarak dişlere dokulacak şekilde yerleştirin. Tavsiye Edilen Işık Yoğunluğu ve Aktivasyon Süreleri:

- **Hızlı:** Hızlı aktivasyon için 10 dakika boyunca Yüksek Yoğunluk.
- **Standart:** Etkili jel aktivasyonu için 12 dakika boyunca Yüksek Yoğunluk.
- **Uzun:** Hassasiyeti bulunmayan kişilerde jel aktivasyonunu artırmaya yönelik ideal bir yöntem olan 15 dakika boyunca Yüksek Yoğunluk.
- **Hassas:** Hassas dişlere sahip veya hassasiyet sorunlarından muzdarip kişilere uygun bir yöntem olan 12 dakika boyunca Düşük Yoğunluk.

D) İşlemin Sonlandırılması

1. Diş eti bariyerlerini çıkarın ve bir hava/su şırıngası yardımıyla diş yüzeylerini durulayarak kalan jeli temizleyin.
2. Elde edilen nihai beyaz tonu değerlendirmek için renk tonu klavuzunu kullanın ve ardından karşılaştırma için doğal ışıkta bir fotoğraf çekin.
3. Lütfen yanak ekartörünü çıkartın ve kişiden ağzını iyice çalkalamasını isteyin.
4. Bir ayna ve çekilen fotoğraflar yardımıyla beyazlatma sonuçlarını kişiye gösterin.
5. Seans sonrası bakım hakkında bilgi verin ve gerekli tüm takip adımlarını açıklayın.

Uyarılar

- Jel karışım peroksit içermektedir (%5,95 H₂O₂)
- Sadece diş hekimlerine satılır.
- Her bir döngü için, ilk kullanımı yalnızca diş hekimleri tarafından veya eşdeğer bir güvenlik seviyesi garanti ediliyorsa onların doğrudan gözetimi altında gerçekleştirilmelidir. Daha sonra kullanımı dönüşünü tamamlamak için tüketiciye sağlanmalıdır.
- Hamileler için önerilmez.
- Kişi emziriyorsa ve ağız bakımı prosedürlerini düşünüyorsa bir sağlık uzmanına başvurun.
- On sekiz yaşından küçük kişiler üzerinde kullanılmamalıdır.
- Kullanmadan önce kullanıcının peroksitlere veya üründeki herhangi bir içeriğe alerjisi olup olmadığını kontrol edin.
- İşlema hassasiyeti olan kişilerde kullanırken dikkatli olun.
- Beyazlatma işlemine başlamadan önce bir diş sağlığı uzmanı dişler ve diş etleri de dâhil olmak üzere ağız sağlığını değerlendirmelidir. Diş eti hastalığı olan kişilere tavsiye edilmez.
- Uygulama sırasında koruyucu eldiven ve gözlük takılmalıdır.
- Jeli yutmaktan ve yumuşak ağız dokularıyla temasından kaçınan.
- Küçük miktarlarda jel yutulması zararlı değildir ancak jel yutmanız durumunda ağzınızı su ile çalkalayın veya tıbbi tavsiye isteyin.
- Göz ile temasından kaçınan. Göz ile teması halinde derhal yıkayınız.
- Jel cilde veya mukoz membranlarla temas ederse suyla iyice durulayın ve tahriş oluşması durumunda E vitamini veya hyaluronik asit jeli uygulayın.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Bazı kullanıcılarda diş etlerinde kısa süreli hafif hassasiyet veya tahriş meydana gelebilir. Rahatsızlık devam ederse kullanımı kesin ve bir diş sağlığı uzmanına danışın.
- Beyazlatma prosedürleri porselen kronların ya da dental restorasyonların rengini değiştirmez.
- Seanson sonra en az 3 saat boyunca sigara, çay, kahve veya kırmızı şarap içmeyin.
- Beyazlatma seansından sonra ısıca, soğuğa ya da asidik yiyecek ve içeceklerle karşı hassasiyet artabilir.

ج. عملية تبييض الأسنان

BLANCO® CLICK هو حل متقدم لتبييض الأسنان التجميلي يتميز بأحواته على 21V من بيروكسيد الكارباميد والمسرعات الضوئية. ويحقق التنشيط الضوئي الكيميائي السريع في ظل التعرض المناسب للضوء، وهو مُعد فقط لتحسينات التجميلية. يُعد هذا الحل الابتكاري مصمماً للاستخدام الفوري بعد تنظيف الأسنان، ما يوفر استقامة أكثر لمعاً، بشكل ملحوظ إلى جانب أسنان ولثة نظيفة وصحية.

تظهر فعالية BLANCO® CLICK خلال 10 دقائق دون الحاجة لأدوات التلمة لكنه لا يسبب أي حساسية. يوفر BLANCO® CLICK للمستخدمين مساراً سهلاً، وسريعاً ومرمياً إلى ابتسامة أكثر لمعاً.

يجمع BLANCO® CLICK بين إمكانيات التبييض التي يتمتع بها البيروكسيد وعملية إعادة التمعدن الطبيعية من خلال الهيدروكسول أباتيت، والذي يقلل الحساسية بفعالية. يتم إعداد الحل باستخدام طرف للغلط الذاتي والذي يدمج حل تبييض مع حل منشط/الإعادة التمعدن.

نظام التبييض Blanco®

يُعد مصباح Blanco® ARCUS وأنواع الحل التبييض الضوئي الكيميائي من Blanco® (ULTRA, TOUCH, CLICK) مصممة لتعمل معاً بكل سلامة، حيث تلعب دوراً أساسياً في ضمان سلامة المستخدمين ونجاح عملية التبييض. يُعد مصباح ARCUS مخصصاً بشكل حصري لأنواع حل التبييض الضوئي الكيميائي من Blanco® ولا يجب استخدامه بمفرده. وينفس الطريقة، أنواع الحل هذه مركبة تحديداً لتنشط مع مصباح Blanco® ARCUS.

تحتاج أنواع الحل الضوئية الكيميائية من Blanco® (ULTRA, TOUCH, CLICK) إلى التنشيط مع مصباح Blanco® ARCUS وذلك للغلط على سلامة المستخدمين وتحسين النتائج. تُعد الخصائص المميزة لمصباح ARCUS، مثل طوله الموجي وشدته، ضرورة لتنشيط هذه الأنواع من الحل بفعالية. يجب حماية المستخدمين باستخدام أدوات Blanco® CARE للعينين، والوجه والشفاة.

يجب أن يتلقى متخصصو طب الأسنان التدريب ويحصلوا على شهادة لضمان فهمهم والتزامهم باتباع إجراءات السلامة عند استخدام نظام التبييض Blanco® في العيادة. يتحمل البائع المعتمد مسؤولية تقديم هذا التدريب والشهادات أو تسريته، بحيث يضمن أن جميع مشغلي النظام يستوفون المعايير المحلية للخبرة والامتثال.

إذا حدثت أي تفاعلات سلبية خطيرة عند استخدام نظام التبييض Blanco®، فيجب إبلاغ البائع المعتمد عن هذه التفاعلات. وعندئذ سيكون البائع مسؤولاً عن توثيق الحادث بشكل شامل والإبلاغ بها للهيات الصحية المحلية المناسبة IDS Spa. ومع ذلك، لا تحتاج الآثار الشائعة مثل الحساسية الخفيفة والمؤقتة أو تهيج اللثة إلى الإبلاغ عنها.

إرشادات الاستخدام

A. تحضير الخليط

1. قبل بدء جلسة التبييض، عليك إجراء فحص شامل لتقييم صحة أنسجة الفم ومعالجة أي مشاكل أو تسوس في الأسنان.
2. اترك وقتاً لاتمام أي أنسجة تالفة أو في مرحلة التئام اللثا قبل عملية التبييض.
3. اشرح العملية بوضوح للفرد الذي يتلقى الخدمة واحصل على موافقته المستنيرة مقدماً.
4. امتنع عن استخدام معاجين التلميع بعد جلسة تنظيف الأسنان.
5. جهز الفرد بمعدات الخد Blanco® مع خافض لسان، وأدوات حماية الوجه والنظارات الواقية. لا يلزم استخدام عازل لثة ما لم يكن هناك تهيج في اللثة.
6. استخدم دليل الوان لتسجيل اللون الأولي للأسنان في سجل الشخص أو رقمياً باستخدام تطبيق Blanco® PRO. وأيضاً، التقط صورة قبل البدء، تحت الإضاءة الطبيعية، بغرض المقارنة.

B. تحضير الجبل وتخزينه

1. أزل الغطاء من المحقنة بلطف عكس اتجاه عقارب الساعة.
2. ضع طرف خلط ذاتي جديداً، مع تثبيت في مكانه بلطف في اتجاه عقارب الساعة.
3. وبعد الاستخدام، أعد وضع الغطاء على المحقنة من أجل تخزينها.

1. اضغط برفق على مكبس المحقنة لتوزيع الجل المبيض المخصص للإجراء على الأسنان، بحيث تهدف إلى تغطية موحدة بسمك 2-1 مم تقريباً.
2. استخدم ضوء ARCUS المنشط لتنشيط جل التبييض.
3. استخدم لفظة قطع أسطوانية لإزالة أي جل وتخلص من أي جل متبقٍ بالشفط - لا تشطف.

ملاحظة: سيزداد سُمك الجل المنشط. إذا حدث انسداد في أداة الشفط، فتأكد من شطفها جيداً باستخدام كمية وفيرة من المياه.

التنشيط الضوئي للجل - بروتوكول التبييض للأسنان الحية

ضع رأس مصباح Blanco® ARCUS بحيث يكون عمودياً على الأسنان، وعلى مسافة 10-15 سم (4-2 بوصات) من الفم وذلك لتوزيع تدفق ما يكفي من الهواء، شدة الضوء وأوقات التنشيط الموصى بها:

- سريع: كثافة عالية لمدة 10 دقائق لتنشيط سريع
- قياسي: شدة مرتفعة لمدة 12 دقائق لتنشيط الفعال للجل.
- ممتاز: شدة مرتفعة لمدة 15 دقيقة، وهو مثالي للهؤلاء الذين لا يعانون من الحساسية، ويعمل على تمكين تنشيط الجل.
- حساس: شدة منخفضة لمدة 12 دقائق، وهو مناسب للأفراد ذوي الأسنان الحساسة أو الذين يعانون من مشاكل الحساسية.

د. الانتهاء من العملية

1. أزل أي عازل لثة واغسل أسطح الأسنان باستخدام محقنة الهواء/الماء، بحيث تنظف أي جل متبقٍ.
2. استخدم دليل الألوان لتقييم درجة اللون الأبيض النهائية التي تم الوصول إليها والتقط صورة بعد ذلك في إضاءة محايدة بهدف المقارنة.
3. يُجرى إزالة مزيل الغد وتلميع من الشخص مضطمة فمه بعناية.
4. اعرض نتائج التبييض على الشخص باستخدام مرآة والصور المنقطة.
5. قدم الإرشادات حول العناية بعد الجلسة وقدم توصيات حول أي خطوات ضرورية للمتابعة.

تحذيرات:

- هذا الحل المختلط يحتوي على بيروكسيد (20,90٪ من بيروكسيد الهيدروجين)
- يُباع حصرياً لأطباء الأسنان.
- بالنسبة لكل دورة، يجب ألا يتم الاستخدام الأول إلا من قبل أطباء الأسنان أو تحت إشرافهم المباشر إذا كان مستوى السلامة مكافئاً. وبعد ذلك يجب توفيره للمستهلك لإكمال دورة الاستخدام
- لا يُصنع به للحوامل.
- استشر أحد مقدمي الرعاية الصحية في حالة الرضاعة الطبيعية والتفكير في إجراءات العناية بالفم.
- لا يستخدم على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
- تأكد من أن المستخدم لا يعاني من أي حساسية للبيروكسيد أو أي من مكونات المنتج قبل الاستخدام.
- توضع الحذر مع الأفراد الذين يعانون من حساسية الضوء.
- على متخصص طب الأسنان تقييم صحة الفم، بما في ذلك الأسنان واللثة، قبل بدء عملية التبييض. لا يُوصى به للهؤلاء الذين يعانون من أمراض اللثة.
- يجب ارتداء النظارات الواقية والنظارات أثناء الاستخدام.
- تجنب ابتلاع الجل وتلامسه مع أنسجة الفم الرخوة.
- لا يُعتبر ابتلاع الكميات الصغيرة ضاراً، لكن اشطف بالماء أو التمس المشورة الطبية إذا حدث ذلك.
- تجنب ملاسته للعينين. في حالة ملاسته للعينين، يشطف فوراً.
- إذا تلامس الجل مع الجلد أو الأغشية المخاطية، فاشطف جيداً بالماء وضع جل فيتامين هـ أو حمض الهيالورونيك إذا حدث تهيج.
- يُخزن بعيداً عن متناول الأطفال.
- قد تحدث حساسية خفيفة ومؤقتة أو تهيج لثة لدى بعض المستخدمين. توقف عن الاستخدام واستشر أحد متخصص طب الأسنان إذا استمر الشعور بالانزعاج.
- لا تؤدي إجراءات التبييض إلى تغيير لون تيجان البورسلين أو ترميمات الأسنان.
- تجنب التبغ، أو الشاي، أو القهوة أو النبيذ الأحمر لمدة 3 ساعات على الأقل بعد الجلسة.
- قد تزداد الحساسية للأطعمة والمشروبات الساخنة، أو الباردة أو الحمضية بعد جلسة التبييض.

صُنع في إيطاليا

للاستخدام الاحترافي